

65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МКС 65.020.30, 65.120, 67.050, 67.120

Поправка к ГОСТ 32881—2014 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания нестероидных противовоспалительных лекарственных средств с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|---------------------------------|---|---|
| Раздел 2 | ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования | — |
| Пункт 5.1, восьмое перечисление | по ГОСТ 24104 | — |
| девятое перечисление | - весы микроаналитические, с наибольшим пределом взвешивания 52 г, с пределом абсолютной допускаемой погрешности не более $\pm 0,001$ мг; | - весы специального класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с действительной ценой деления шкалы не более 0,1 мг; |

(ИУС № 4 2020 г.)