

к ГОСТ 20255.2—89 Иониты. Методы определения динамической обменной емкости

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.2.13	по первому циклу насыщения.	по первому циклу насыщения, перед появлением ионов рабочего раствора в фильтрате. Фильтрат собирают порциями по 250 см ³ .

(ИУС № 3 1991 г.)