
Группа П66

ГОСТ 9147—73 Посуда лабораторная фарфоровая

Изменение № 1

Вводная часть. Заменена ссылка: *R 1775* на *P 1775—70*.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа « $D_{\text{Номин.}}$ ». Заменен диаметр: 30 на 35; 120 на 125; 160 на 175

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа « $H_{\text{Номин.}}$ ». Заменена высота: 35 на 40; 200 на 205.

Пункт 1.1. Таблица 1. Графа « $V_{\text{Номин.}}$ ». Заменена ширина: 35 на 40; 140 на 145; 185 на 200.

Пункт 1.1. Таблица 3. Графа « $D_{\text{Номин.}}$ ». Заменен диаметр: 95 на 100.

Пункт 1.1. Таблица 6. Заменено наименование графы: « h (пред. откл. ± 1)» на « h (пред. откл. ± 2)».

Пункт 1.1. Таблица 6. Графа « h (пред. откл. ± 2)».

Заменена высота: 3 на 7; 4 на 11; 5 на 13.

Пункт 1.1. Таблица 10. Графа « $H_{\text{Пред. откл.}}$ ». Заменено отклонение: +5 на ± 5 .

Пункт 2.1 дополнен новым абзацем:

(Продолжение см. стр. 192)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9147—73)

«Допускается не покрывать глазурью наружную поверхность ступок на высоте 25 мм от основания ступки».

Пункт 2.15. Заменена норма: 0,5% на 0,05%.

Пункт 5.2. Заменена ссылка: ГОСТ 8273—57 на ГОСТ 8273—75.

Пункт 5.6 изложен в новой редакции:

«5.6. Транспортирование и хранение посуды — по группе условий хранения ОЖ2 ГОСТ 15150—69».

Срок введения изменения № 1 01.09.75.

(Пост. № 2018 30.07.75. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 9 1975 г.).