

**Группа П16**

**Изменение № 2 ГОСТ 22497—77 Весы настольные для определения и регистрации массы и стоимости товара. Параметры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.09.86 № 2884 срок введения установлен**

**с 01.02.87**

Пункт 1. Исключить слова: «Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

Пункт 2. Таблица 1. Заменить значения: (20), (2) и (50) на 20, 2 и 50; 40 на 40\*; 100 на 100\*; 0—0,45 на 0—0,45\*;

графу «Нормы» дополнить значением: 0—0,60 (после значения 0—0,45); примечание исключить;

таблицу 1 дополнить сноской: «\* Действует до 01.01.89».

Пункт 3. Таблица 2. Примечание 1. Заменить слово: «допускаемая» на «допускается»;

примечание 2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Погрешности весов, находящихся в эксплуатации, и при проверке после ремонта, проведенного

*(Продолжение см. с. 204)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22497—77)*

на месте эксплуатации, должны соответствовать указанным в табл. 2 (графа — в условиях эксплуатации) и сохраняться при следующих условиях»;

заменить слова: «виброскоростью, не превышающей  $1,5 \cdot 10^{-3}$  м/с» на «виброускорением, не превышающем  $1,2 \cdot 10^{-2}$  м/с<sup>2</sup>».

Пункт 6 исключить.

Пункты 11, 12 изложить в новой редакции: «11. Параметры надежности весов должны быть не менее:

средний полный срок службы, годы — 10;

установленный полный срок службы, годы — 2,5;

средняя наработка на отказ, ч — 25000;

установленная безотказная наработка, ч — 2000.

12. Мощность, потребляемая весами, должна быть не более 350 Вт; с 01.01.89 — 190 Вт, в том числе мощность весов без регистрирующего устройства — 30 Вт».

Стандарт дополнить — пунктом 13: «13. Масса весов должна быть не более 62 кг; с 01.01.89 — 30 кг, в том числе масса весов без регистрирующего устройства — 15 кг».

(ИУС № 12 1986 г.)