

Инв. № ьзда	Подп и дата	Взам инв №	Инв. № дубл	Подп и дата

Государственный комитет СССР по стандартам

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора Кировского ЦСМ

*В.А. Чернов*  
 В.А. Чернов  
 "7" июля 1990 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ № I

об изменении МИ 905-85

Микрометр трубный. Тип МТ 15-М

ПОГЛАСОВАНО:

*В.В. Высоцкий*  
 В.В. Высоцкий  
 "19" июля 1990 г.  
 Главный инженер  
 Первоуральского Ново-

трубного завода  
 телетайпограмма 348715/707  
 А.Н. Ячменев

"29" июля 1990 г.

Главный инженер Кировского инструмен-  
 тального завода "Красный инструменталь-  
 ный завод" 60-летия Союза ССР

*В.Г. Куимов*  
 В.Г. Куимов  
 "13" июля 1990 г.

г.Киров, 1990

Свод „КРИН“	ИЗВЕЩЕНИЕ		Обозначение		П р и ч и н а		Шифр	Лист	Листов
	№ I		МИ 905-85		Приведение методики поверки в соответствии с действующими ТУ2-034-621-85		0	2	2
ОГК	Дата выпуска	Срок изм.		Срок действия ПИ	Указание о внедрении				
Указание о заделе	На заделе не отражается								
Изм.	Содержание изменения						Применяемость		
<p><u>Стр 10</u></p> <p>Пункт 4.3.9, последний абзац, заменить „+0,005 мм“ на „+0,004 мм“.</p>									
Разослать									
Пряложение									
Составил	Проверил	М. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика				
Смирнова	Кукарева 14.03	Колесников	Смирнова 14.03	Никитина 13.04					
Васильев 13.03.90	Кукарев 90	Колесников 13.03.90	Смирнова 14.03.90	Никитина 13.04.90					
Подлинник исправил		Контр. копию исправил							