

ГОСТ 1224—41 Стекло термометрическое для термометров от -200° до $+360^{\circ}\text{C}$. Технические условия

Изменение № 1

Раздел II. «Технические условия»

Пункт 6 изложен в новой редакции:

«6. Химическая стойкость. — Гидролитический класс (по Миллиусу) — третий».

Раздел III. «Методы испытаний»

Пункт 13. Последний абзац. Заменены слова:

«не должен превышать 45» на «не должен превышать 150».

(Приказ № 457 20/IV—54 г.)