

МКС 67.050, 67.100, 67.120, 67.180

Поправка к ГОСТ 32797—2014 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания хинолонов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1	<ul style="list-style-type: none">- температура окружающего воздуха . . . от 20 °С до 30 °С;- напряжение в питающей электросети . . . от 200 до 240 В;- частота переменного тока . . . от 49 до 51 Гц;- относительная влажность воздуха . . . от 40 % до 80 %.	<ul style="list-style-type: none">- температура окружающего воздуха . . . от 15 °С до 30 °С;——- относительная влажность воздуха . . . от 20 % до 80 %.

(ИУС № 7 2017 г.)