
Изменение № 6 ГОСТ 20292—74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.85 № 2270 срок введения установлен

с 01.01.86

Вводная часть. Заменить ссылку: ИСО/Р 385—64 на ИСО МС 385—84.

Пункт 1.3. Чертеж 9. Исполнение 6 дополнить вариантом исполнения:


(Продолжение см. с. 345)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20292—74)

Пипетки

Исполнение 6

Вариант



(Продолжение см. с. 346)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20292—74)

Пункт 2.1 дополнить словами: «по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Приборы должны быть отожжены. Удельная разность хода не должна превышать $8-10 \text{ млн}^{-1}$ ».

Пункт 2.7. Таблица 12. Примечание 2 исключить.

Пункты 2.12, 2.13. Заменить слова: «на длине» на «длиной».

Пункт 3.1. Исключить слово: «контрольным».

Пункт 3.2. Исключить слово: «контрольные»; дополнить словами: «и ГОСТ 8.383—80».

Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 15155—79 на ГОСТ 15155—84.

(ИУС № 10 1985 г.)
