

**Изменение № 5 ГОСТ 8682—70 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Конусы взаимозаменяемые. Основные размеры, технические требования, методы испытаний и маркировка**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.89 № 1927**

**Дата введения 01.01.90**

Пункт 2.5. Первый абзац. Заменить слова: «Общий объем установки должен составлять не менее 1500 см<sup>3</sup>» на «Общий объем установки — 1500 см<sup>3</sup>»;

*(Продолжение см. с. 214)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8682—70)*

последний абзац изложить в новой редакции: «Увеличение давления в установке в течение 5 мин не должно превышать 10 мм рт. ст. (1,33 кПа) при общем объеме 1500 см<sup>3</sup>. При общих объемах, отличных от 1500 см<sup>3</sup>, соответствующее максимальное увеличение давления обратно пропорционально объему».

(ИУС № 10 1989 г.)