

**Изменение № 1 ГОСТ Р 53954—2010 Продукция винодельческая. Идентификация. Метод определения массовой концентрации золы и щелочности золы**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.11.2012 № 1308-ст**

**Дата введения — 2013—07—01**

Раздел 1 после слов «на винодельческую продукцию» дополнить словами: «,кроме винодельческой продукции с объемной долей этилового спирта не менее 35 %,».

Раздел 2 дополнить ссылкой:

«ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

*(Продолжение см. с. 118)*

*(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ Р 53954—2010)*

Раздел 8. Таблица 1. Графу «Диапазон измерений массовой концентрации золы» изложить в новой редакции:

Диапазон измерений
Массовая концентрация золы, мг/дм <sup>3</sup> , от 1,00 до 3,50
Щелочность золы, мг-экв NaOH/дм <sup>3</sup> , от 20,00 до 50,00

(ИУС № 2 2013 г.)