

Изменение № 1 ГОСТ 396—84 Нитки хирургические шелковые крученые нестерильные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.89 № 1706

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Условный номер нитки	Структурное обозначение нитки по ГОСТ 16736—71
000	2,33 текс×2 S 1000×3 Z 1000
00	2,33 текс×4 S 800×3 Z 800
0	2,33 текс×5 S 650×3 Z 650
1	3,22 текс×5 S 550×3 Z 550
2	3,22 текс×8 S 450×3 Z 450
3	3,22 текс×9 S 450×3 Z 450
4	3,22 текс×17 S 450×3 Z 450
6	3,22 текс×31 S 400×3 Z 400
8	3,22 текс×38 S 300×3 Z 300

(Продолжение см. с. 254)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 396—84)*

Пункт 1.6. Таблица 3. Исключить графу: «Марка»; графа «Норма для условного номера». Марку А и нормы, относящиеся к ней, исключить.

Пункт 3.7.1. Четвертый абзац. Заменить слова: «по действующей технической документации» на «по ТУ 6—14—487—79».

Пункт 3.8.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 17308—71 на ГОСТ 17308—88.

Пункты 4.2 (четвертый абзац), 4.4 (третий абзац). Исключить слова: «и марки».

Приложение. Таблица. Графу «Диаметр нитки, мкм, марки А» исключить; головка. Исключить слова: «марки Б».

(ИУС № 9 1989 г.)