

Изменение № 6 ГОСТ 25046—81 Иглы инъекционные однократного применения. Основные размеры. Технические требования. Методы испытаний

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.89 № 1754

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац. Заменить слова: «в приложении» на «в приложении 1»;

дополнить абзацем: «Номенклатура основных показателей качества и их применяемость приведена в приложении 2».

Пункт 2.4 после значения 0,2 мм дополнить словами: «(0,18 мм — с 01.01.95)».

Пункт 3.11. Второй абзац после значения $\pm 0,8$ мм дополнить словами: «($\pm 0,7$ мм — с 01.01.95)»;

таблицу 1а изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 216)

Размеры, мм

Диаметр иглы	L	P, H	a
0,45	10	6	0,53 (0,56)
0,5	10	7	0,36 (0,38)
0,6	12,5	15	0,75 (0,76)
0,7	15,0	15	0,60 (0,61)
0,8	15,0	15	0,40 (0,41)
0,9	17,5	15,5	0,48
1,1	25,0	20	0,82 (0,84)
1,1 TC	25,0	10	0,65
1,2	25,0	20	0,58 (0,60)
1,2 TC	25,0	10	0,40
1,5	28,0	20	0,50
1,5 TC	28,0	10	0,45

(Продолжение см с. 217)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25046—81)

Примечание. Значения, указанные в скобках, допускается применять до 01.01.95;
перечисление 2. Четвертый абзац. Заменить слова: «После 20» на «После 20 (25 — с 01.01.95)».

Пункт 3.12. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 3

Диаметр иглы, мм	Сила прокалывания, Н, не более	Диаметр иглы, мм	Сила прокалывания, Н, не более
0,45	0,35 (0,40)	1,1	0,51 (0,55)
0,5	0,40	1,1 ТС	0,51 (0,55)
0,6	0,40	1,2	0,55 (0,60)
0,7	0,45	1,2 ТС	0,55 (0,60)
0,8	0,50	1,5	0,55 (0,60)
0,9	0,50	1,5 ТС	0,55 (0,60)

Примечание. Значения в скобках допускается применять до 01.01.95.

Приложению присвоить номер: 1.

Стандарт дополнить приложением — 2:

(Продолжение см. с. 218)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25046—81)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Номенклатура основных показателей качества игл и их применяемость

Наименование показателей качества	Применяемость показателей в НТД	
	ТЗ	ТУ
Прочность соединения трубки с головкой	+	+
Упругость и прямолинейность трубки	+	+
Острота конца	+	+
Срок сохранения стерильности, апиrogenности, нетоксичности	+	+
Специальное покрытие трубки	+	+
Устойчивость к климатическим воздействиям при транспортировании и хранении	+	+
Устойчивость игл в индивидуальной упаковке к стерилизации	+	+
Чистота внутренней поверхности трубки	+	+
Герметичность соединения трубки с головкой иглы и конуса головки с наконечником шприца	+	+

Примечание. Знак «+» означает применяемость.

(ИУС № 10 1989 г.)