

Изменение № 1 ГОСТ 21342.16—78 Резисторы. Метод проверки нелинейности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.05.88 № 1237

Дата введения 01.01.89

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 5973—87).

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Резисторы. Метод измерения нелинейности сопротивления»

Resistors. Method of measurement of non-linearity».

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункт 1.1. Второй абзац дополнить словами: «учитывая поправочный коэффициент Δ »;

третий абзац после слов «проверять нелинейность резисторов» дополнить словами: «путем измерения напряжения третьей гармоники»;

дополнить примечанием: «Примечание. Для достижения согласования с проверяемым резистором R_{II} , для переключения R_3 используют согласующее устройство с полным сопротивлением, не вносящим искажения. Соответствующие значения R_3 приведены в таблице и используются при испытании».

Пункт 3.1. Чертеж 4. Заменить обозначение: R_I/R_3 на R_{II}/R_3 ;

заменить слова (после таблицы): «между $R_{из}$ » на «между R_{II3} ».

(ИУС № 7 1988 г.)