

Изменение № 1 ГОСТ 14618.2—78. Масла эфирные, вещества душистые и полу-продукты их синтеза. Методы определения карбонильных соединений

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.84 № 3763 срок введения установлен

с 01.05.85

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 9151, 9152, 9154.

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³, н. на моль/дм³.

Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 5456—65 на ГОСТ 5456—79, ГОСТ 10515—75 на ГОСТ 25336—82.

Пункты 3.2, 4.1, 5.2, 6.1, 8.2, 11.2 после слов «Весы лабораторные аналитические» дополнить словами: «I, II класс, предел взвешивания не более 200 г»; заменить ссылки: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 5456—65 на ГОСТ 5456—79.

(Продолжение см. стр. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14618.2—78)

Стандарт дополнить пунктами — 3.2.1, 4.1.1, 5.2.1, 6.1.1, 8.2.1: «Приготовление титрованных растворов и проверка их концентрации — по ГОСТ 25794.1—83».

Пункты 3.3, 4.2, 5.3, 6.2, 7.2, 8.3, 9.3, 11.3, 12.5, 14.4. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,0002 г» на «результат взвешивания в граммах записывают до четвертого десятичного знака».

Пункты 3.4, 4.3, 5.4.2, 6.3, 7.3, 8.4, 9.4, 11.5, 12.6, 13.4 после слов «допускаемые расхождения между которыми» дополнить словами: «при доверительной вероятности $P=0,95$ ».

Пункты 5.2, 6.1, 8.1. Заменить слова: «емкостью 150 мл» на «емкостью 150—200 см³».

Пункты 9.2. Заменить ссылки: ГОСТ 9499—70 и ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 5819—70 на ГОСТ 5819—78.

Пункт 11.2 после слов «Весы лабораторные аналитические» дополнить словами: «I, II класс, предел взвешивания не более 200 г»; заменить ссылку: ГОСТ 5456—65 на ГОСТ 5456—79.

(ИУС № 2 1985 г.)