
Группа Р28

**Изменение № 1 ГОСТ 26015—83 Решетки для медицинской рентгенографии.
Общие технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.04.85
№ 1108 срок введения установлен**

с 01.11.85

Пункт 2.2.1. Таблица 1. Графа «Норма для ступеней качества, II». Для переносных решеток исполнения 1 заменить значение: 0,001 на 0,100.

(Продолжение см. с. 218)

Наименование изделия	Длина	Ширина	Толщина
15×15	8,2±0,5	4,2±0,5	3,3±0,5
10×10	6,0±0,5	3,3±0,5	2,2±0,5
Тампоны размером 7×7	9,5±0,5	6,5±0,5	3,5±0,5

Пункт 5.11. Исключить слова: «а для подушечек, упакованных в пленку, — «Разорви оболочку по шву».

Пункт 5.12. Заменить ссылку: ГОСТ 13514—68 на ГОСТ 13514—82.

(ИУС № 7 1985 г.)