



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**ВСЕРОССИЙСКИЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
РАСХОДОМЕТРИИ**  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РТ 420029, г. Казань,  
Ул. 2-я Азинская, 7а,  
тел. (8432) 72-70-62,  
факс. (8432) 72-00-32,  
e-mail: vniir@mi.ru

№ 106/01-9

" 13 04 2005 "

Директору УИМЦ  
МОАО «Нефтеавтоматика»  
Э.И.Глушкову  
450097, Республика Башкортостан,  
г.Уфа, ул.Заводская, 20, а/я 24  
Тел/факс (3472) 52-60-84

На Ваше письмо Иск № 09-1770 от 6.12.04.

ВНИИР согласовывает внесение следующих изменений в МИ 1972-95:

Приложение 2 (10 абзац) фразу «Вариант I применяют для поверки ТПУ любой вместимости, а вариант II – для поверки ТПУ вместимостью более  $6,0 \text{ м}^3$ »  
заменить на «Вариант I применяют для поверки ТПУ любой вместимости, а вариант II – для поверки ТПУ вместимостью не более  $6,0 \text{ м}^3$ »

Зам. директора

М.С.Немиров

Инженер НИО-9  
Лукманов П.И.  
Тел./факс (8432) 73-28-96,  
e-mail: oi9vniir@mi.ru

82 ~ 632  
13.04.2005.