

Изменение № 2 ГОСТ 14642—69 Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения  
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.88 № 3243

Дата введения 01.04.89

Таблица. Термин 1.3 изложить в новой редакции:  
«1.3. Узел детектирования ионизирующих излучений  
Узел детектирования  
Ндп. Датчик  
Узел детектора».

(Продолжение см. с. 336)

Термин 1.4. Определение изложить в новой редакции: «Детектор ионизирующих излучений или узел детектирования ионизирующих излучений или блок детектирования ионизирующих излучений, имеющие конструктивное исполнение, позволяющее применять их в труднодоступных местах и (или) в местах, удаленных от связанной с ними аппаратуры».

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4. Устройства отбора и измерения распределений импульсов».

Алфавитный указатель терминов.

Термин «Узел детектирования» набрать полужирным шрифтом;

термин «Узел детектора» набрать курсивом;

термин «Узел детектора ионизирующих излучений» изложить в новой редакции: «Узел детектирования ионизирующих излучений».

(ИУС № 1 1989 г.)