

Изменение № 1 ГОСТ 8398—80 Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.01.83 № 37 срок введения установлен

с 01.07.83

Вводная часть. Заменить ссылки: «рекомендациям МОЗМ 3—73 и 5—73» на «рекомендациям МОЗМ № 37, 38, 39».

Пункт 1.1. Таблица. Графа «Обязательность проведения операции при эксплуатации и хранении». Для операций «Проверка несовпадения оси рабочего

(Продолжение см. стр. 244)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8.398—80

стола прибора с осью наконечника» и «Определение твердости шарика» (2 раз) заменить слово: «Да» на «Нет».

Примечание 4 изложить в новой редакции: «4. При эксплуатации прибор по п. 3.4.6 проводят не реже одного раза в год, а также при каждой очередной поверке. В этом случае допускается не проводить поверку по пп. 3.4 и 3.4.5».

Пункт 3.4.5. В экспликации к формуле для L_0 заменить слово: «нагруженного» на «ненагруженного».

Пункт 3.5.3. Заменить обозначения: ДОС-0,5 на ДОС-0,05, ДОС-1 ДОС-0,1.

(ИУС № 5 1983 г.)
