
Изменение № 1 ГОСТ 23581.0—80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.07.85 № 2135 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0709.

Пункт 6. Третий абзац. Заменить слова: «вычисляют по формуле» на «вычисляют с точностью до третьего десятичного знака по формуле».

Пункт 7. Первый абзац изложить в новой редакции: «Допускается проводить определение массовой доли компонентов из пробы, высушенной при (105 ± 5) °С до постоянной массы, либо при (130 ± 5) °С в течение 15 мин, либо при (150 ± 5) °С в течение 5 мин, если это не приведет к искажению результатов анализа из-за изменения химического состава пробы».

Пункт 10 дополнить словами: «не реже одного раза в смену (при условии использования одних и тех же реактивов)».

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23581.0—80)

Пункт 11 дополнить абзацем: «Допускается проводить контроль правильности анализа другими способами (например, методом добавок)».

Пункт 15. Исключить слова: «или быть откалибрована по ГОСТ 8.234—77».

Пункт 19. Заменить слова: «не ниже 99,95 %» на 99,9 %.

Пункт 20. Заменить слово: «литр» на «кубический дециметр».

(ИУС № 10 1985 г.)