

Изменение № 3 ГОСТ 3044—84 Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.89 № 2433

Дата введения 01.02.90

Приложение 7. Графа «Аппроксимирующие полиномы и их коэффициенты».
Для условного обозначения номинальной статической характеристики преобра-

(Продолжение см. с. 248)

(Продолжение изменения к ГОСТ 3044—84)

зования ХК (L) (для термоэлектрического преобразователя типа ТХК) заменить коэффициенты: $A_0=0$ на $A_0=-1,6496536 \cdot 10^{-5}$; $A_1=6,32175 \cdot 10^{-2}$ на $A_1=6,3298924 \cdot 10^{-2}$; $A_2=5,89073 \cdot 10^{-5}$ на $A_2=6,0048290 \cdot 10^{-5}$; $A_3=-8,03773 \times 10^{-8}$ на $A_3=-7,9470289 \cdot 10^{-8}$; $A_4=1,19515 \cdot 10^{-10}$ на $A_4=9,4694561 \cdot 10^{-11}$; $A_5=-2,46058 \cdot 10^{-14}$ на $A_5=-2,3391187 \cdot 10^{-14}$; $A_6=-4,83261 \cdot 10^{-16}$ на $A_6=-2,8771875 \cdot 10^{-16}$; $A_7=8,23504 \cdot 10^{-19}$ на $A_7=4,8460255 \cdot 10^{-19}$; $A_8=-4,02693 \times 10^{-22}$ на $A_8=-2,3388281 \cdot 10^{-22}$.

(ИУС № 11 1989 г.)