

Изменение № 2 ГОСТ 8.513—84 Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3765

Дата введения 01.10.87

Пункт 1.4 дополнить примечанием: «Примечание. В обоснованных случаях предприятия, организации и учреждения могут устанавливать в своей технической документации соответствующие метрологические и технические требования к средствам измерений, находящихся в эксплуатации и не подлежащих обязательной государственной поверке, исходя из области применения данных средств измерений, а также критерии пригодности их к применению».

(Продолжение см. с. 388)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8,513—84)

Пункт 2.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «средства измерений, принадлежащие органам государственной метрологической службы».

Пункт 2.2 дополнить примечанием — 2: «2. Средства измерений, применяемые в качестве рабочих для измерений, результаты которых используются в пределах предприятия для учета материальных ценностей, топлива и энергии и взаимных расчетов, подлежат ведомственной поверке».

Пункт 2.9.7 изложить в новой редакции: «2.9.7. Порядок проведения ведомственной поверки средств измерений устанавливает руководитель предприятия».

Примечание. Ведомственную поверку рекомендуется проводить в соответствии с графиком».

(ИУС № 1 1988 г.)