

Изменение № 2 ГОСТ 24959—81 Калибры для шлицевых соединений. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.86 № 1830 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункты 1.3, 1.5. Заменить слова: «измерительные детали калибров» на «детали калибров с рабочими поверхностями».

Пункт 1.4. Заменить слова и обозначение: «измерительных» на «рабочих»; HRC 58 ... 64 на 59 ... 65 HRC_э.

Пункт 1.11 изложить в новой редакции: «1.11. Неуказанные предельные отклонения: H14, h14, $\pm \frac{t_2}{2}$ ».

Допускается назначать неуказанные симметричные предельные отклонения по квалитетам: $\pm \frac{IT14}{2}$ ».

(Продолжение см. с. 122)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24959—81)

Пункт 2.2 дополнить словами: «по ГОСТ 15150—69».

Пункт 2.3. Заменить слова: «в коробки, обеспечивающие» на «в потребительскую тару, обеспечивающую».

Пункт 2.4. Заменить слово: «коробке» на «потребительской таре».

Пункт 2.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15623—79 на ГОСТ 15623—84.

Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «2.7. Калибры в упаковке по п. 2.6 транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах или контейнерах в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретных видов».

При транспортировании ящики с калибрами должны быть установлены так, чтобы исключалась возможность их перемещения».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Гарантийный срок хранения калибров — 12 мес с момента изготовления».

(ИУС № 9 1986 г.)