

Изменение № 1 ГОСТ 2216—84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.09.88 № 3159

Дата введения 01.07.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Раздел 1. Наименование. Исключить слово: «Типы».

Пункт 1.1. Заменить слово: «видов» на «исполнений».

Пункт 1.2. Чертеж. Заменить слово: «Вид» на «Исполнение» (2 раза);

подрисуночная подпись. Заменить слово: «вида» на «исполнения»;

таблица 1. Графа «Межосевое расстояние А». Для номеров корпуса калибров скоб 4—7 заменить значение: 16 на 20;

графа «Посадочный диаметр вставок d , не менее». Для номера корпуса 7 заменить значение: 8 на 10;

сноска. Заменить слово: «вида» на «исполнения»;

пример условного обозначения. Заменить слово: «типа» на «исполнения» (2 раза).

Пункты 2.10, 2.14, 3.4. Заменить слово: «тип» на «исполнение» (4 раза).

Пункт 2.11. Первый абзац после обозначения ВК6М дополнить обозначением: ВК8В.

Пункт 2.12. Заменить значение: $HRC_{\alpha} 59 \dots 65$ на $59 \dots 65 HRC_{\alpha}$.

Пункт 2.15 изложить в новой редакции: «2.15. Неуказанные предельные отклонения размеров — $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$. Допускается назначать неуказанные

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2216—84)

симметричные предельные отклонения по качеству $\pm \frac{IT14}{2}$.

Пункт 3.1. Заменить слово: «тип» на «исполнение»; исключить **ссылку** ГОСТ 1.9—67.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Перед упаковкой калибры-скобы должны пройти консервацию по ГОСТ 9.014—78. Срок действия консервации — 2 года».

Пункт 3.6. Заменить ссылку: ГОСТ 15623—79 на ГОСТ 2991—85.

Пункт 3.7 изложить в новой редакции: 3.7. Калибры-скобы в упаковке по п. 3.6 транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах либо в контейнерах в соответствии с правилами, действующими на транспорте конкретных видов.

Ящики с калибрами-скобами должны быть установлены так, чтобы исключить возможность их перемещения при транспортировании».

Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие калибров-скоб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом.

4.2. Гарантийный срок хранения — 12 мес с момента изготовления».

(ИУС № 12 1988 г.)
