

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель директора**

**ФГУП «СНИИМ»**

**В.Ю. Кондаков**

**«28» ноября 2019 г.**



**Государственная система обеспечения единства измерений**

**Система измерений количества водородосодержащего газа с химзавода АО  
«АНХК» в АО «АЗП»**

**Методика поверки**

**МП-236-RA.RU.310556-2019**

**г. Новосибирск**

**2019 г.**

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Систему измерений количества водородосодержащего газа с химзавода АО «АНХК» в АО «АЗП» (далее - Система), предназначенную для измерений для измерений объемного расхода (объема) приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63, массы, температуры и давления водородосодержащего газа (далее - газ).

1.2 Первичная поверка проводится при вводе в эксплуатацию Системы, а также после ремонта.

1.3 Периодическая поверка проводится по истечении интервала между поверками.

1.4 Интервал между поверками – 2 года.

1.5 Средства измерений (далее – СИ), входящие в состав Системы поверяют с интервалом между поверками и по методикам поверки, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки какого-либо СИ наступает до очередного срока поверки Системы, поверяется только это СИ. При этом поверка Системы (в том числе в части измерительного канала, в состав которого входит это СИ) не проводится.

1.6 Замена СИ, входящих в состав измерительных каналов (далее – ИК) Системы, на однотипные допускается при наличии у последних действующих результатов поверки. При этом поверка Системы (в том числе в части ИК, в состав которого входит это СИ) не проводится.

## 2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки
1 Внешний осмотр	7.1
2 Опробование	7.2
3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения	7.3
4 Проверка метрологических характеристик	7.4

2.2 При получении отрицательного результата при проведении какой-либо из операций поверка прекращается.

## 3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки применяют средства измерений приведенные в таблице 2.

3.2 При проведении поверки СИ, входящих в состав системы, применяют средства поверки, указанные в документах на методики поверки, приведенных в таблице 3.

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и основные технические характеристики средства поверки
7.2, 7.4	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 исполнения ИВТМ-7 М7-Д (Рег. № 15500-12), диапазон измерений температуры от -20 до +60 °С, ПГ ±0,2 °С, Диапазон измерений относительной влажности от 0 до 99 % ПГ ±2 %, диапазон измерений атмосферного давления от 840 до 1060 гПа, ПГ ±3 гПа
7.4	Калибратор электрических сигналов СА150 (Рег. № 53468-13), Диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 22 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения ±(0,025 % X + 3 мкА), где X – установленное значение/100 %

3.3 Допускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик Системы с требуемой точностью

3.4 Все применяемые средства измерений должны быть поверены, а эталоны аттестованы в установленном порядке.

Таблица 3 – Методики поверки СИ, входящих в состав системы и поверяемых отдельно

Наименование СИ	Документ
Расходомер-счетчик вихревой объемный YEFWLO DY (регистрационный № 17675-09)	МП 17675-09 «ГСИ. Расходомеры-счетчики вихревые объемные YEFWLO DY. Методика поверки» с изменением №2, утвержденный ФГУП «ВНИИМС» 28.01.2019 г.
Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ* мод. EJX510A (регистрационный № 59868-15)	МП 59868-15 «Преобразователи (датчики) давления измерительные EJ*. Методика поверки» с изменением №1, утвержденный ФГУП «ВНИИМС» 14.11.2016г.
Термопреобразователи сопротивления серии TR модификации TR12-B (регистрационный № 71870-18)	ИЦРМ-МП-074-18 «Термопреобразователи сопротивления серий TR, TF. Методика поверки», утвержденный ООО «ИЦРМ» 17.04.2018г.
Преобразователи вторичные серии Т модификации Т32.1S (регистрационный № 68058-17)	МП 68058-17 «Преобразователи вторичные серии Т модификации Т32.1S, Т32.3S, Т16.Н, Т16.Р. Методика поверки», утвержденный ООО «ИЦРМ» 28.04.2017г.
Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие STARDOM (регистрационный № 27611-14)	МП 27611-14 «Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие STARDOM. Методика поверки», утвержденный ФГУП «ВНИИМС» 01.09.2014г.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Поверка выполняется специалистами, аккредитованной в установленном порядке метрологической службы, ознакомившимися с технической и эксплуатационной документацией и настоящей методикой поверки.

4.2 При проведении поверки должны быть соблюдены требования предусмотренные правилами промышленной безопасности и охраны труда, действующими на территории объектов АО «Ангарский завод полимеров», федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

4.3 Должны выполняться требования действующих нормативных актов, инструкций по охране труда и окружающей среды.

4.4 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и эксплуатационной документация Системы и ее компонентов.

#### 5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Условия поверки измерительных компонентов Системы указаны в методиках поверки на эти компоненты.

5.2 Условия поверки Системы должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия применения средств поверки.

#### 6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки выполнять следующие подготовительные работы:

- провести организационно-технические мероприятия по доступу поверителей к местам установки компонентов Системы;
  - провести организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования.
- 6.2 Проверить наличие и работоспособность средств поверки, перечисленных в таблице 2.
- 6.3 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации.

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 7.1 Внешний осмотр

- 7.1.1 Внешний осмотр проводят визуально без снятия напряжения питания с компонентов ИК.
- 7.1.2 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено:
- отсутствие механических повреждений компонентов, входящих в состав Системы;
  - состояние линий связи, разъемов и соединительных клеммных колодок, при этом они не должны иметь повреждений, деталей с ослабленным или отсутствующим креплением;
  - наличие и целостность пломб в местах, предусмотренных эксплуатационной документацией;
  - соответствие состава и комплектности Системы паспорту-формуляру;
  - наличие маркировки линий связи и компонентов ИК;
  - заземление компонентов системы, работающих под напряжением.
- 7.1.3 Результаты проверки считают положительными, если монтаж СИ, измерительно-вычислительных и связующих компонентов Системы, внешний вид и комплектность Системы соответствуют требованиям технической документации, средства измерений, входящие в состав измерительных каналов опломбированы в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на них.

### 7.2 Опробование

- 7.2.1 Опробование работы системы проводят путем вывода значений на панель оператора.
- 7.2.2 Проверку функционирования и исправности линий связи проводят с рабочего места оператора путем визуального наблюдения на экране текущих значений технологических параметров и архивных данных в установленных единицах.
- 7.2.3 Проверяют отсутствие сообщений об ошибках и неисправностях ИК системы.
- 7.2.4 Результат опробования считают положительным, если на панели оператора отображается информация о текущих и архивных значениях, отсутствуют сообщения об ошибках.

### 7.3 Проверка идентификационных данных программного обеспечения

- 7.3.1 Проверку идентификационных данных программного обеспечения проводят путем сравнения идентификационных данных модулей ПО «КПТС Stardom-Flow» с соответствующими идентификационными данными, зафиксированными при испытаниях в целях утверждения типа и указанных в описании типа.
- 7.3.2 Идентификационные признаки (контрольная сумма CRC16) применяемых модулей отображаются программой конфигурирования вычислителей «C-Flow» из состава ПО «КПТС Stardom-Flow» установленной на инженерной станции.
- 7.3.3 Результат проверки идентификационных данных ПО считают положительным, если установлено полное соответствие идентификационных данных ПО.

#### 7.4 Проверка метрологических характеристик

7.4.1 Проверяют наличие действующих результатов поверки на средства измерений, входящие в состав системы и поверяемые отдельно.

7.4.2 Метрологические характеристики средств измерений принимают равными значениям, приведенным в эксплуатационной документации при наличии на них действующих результатов поверки.

7.4.3 Проверку приведенной погрешности измерений преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значение измеряемого параметра проводят в следующем порядке:

- отключают ПИП от линии связи;
- к соответствующему каналу подключают калибратор, установленный в режим имитации электрических сигналов силы постоянного тока согласно инструкции по эксплуатации на него;
- выбирают пять проверяемых точек  $X_i$ ,  $i = 1..5$ , равномерно распределенных по диапазону измеряемого параметра ИК.
- на вход связующих и комплексных компонентов ИК через линию связи подают от калибратора электрический сигнал  $I_i$ , мА, значение которого соответствует значению  $X_i$ , который рассчитывают по формуле:

$$I_i = \frac{16}{X_{max} - X_{min}} (X_i - X_{min}) + 4 \quad (1)$$

где

$X_{max}$  – максимальное значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению границы диапазона аналогового сигнала силы постоянного тока, в единицах измерений физической величины

$X_{min}$  – минимальное значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала силы постоянного тока, в единицах измерений физической величины.

– считают с панели оператора и фиксируют показания  $Y_i$  в единицах измерений физической величины;

– для каждой проверяемой точки рассчитывают значение погрешности:

$$\Delta_{ЭТi} = Y_i - X_i \quad (2)$$

$$\gamma_{ЭТi} = \frac{\Delta_{ЭТi}}{X_n} \cdot 100 \quad (3)$$

где

$\Delta_{ЭТi}$  – абсолютная погрешность связующих и комплексных компонентов ИК, в абсолютных единицах измерений физической величины;

$\gamma_{ЭТi}$  – приведенная погрешность связующих и комплексных компонентов ИК, %;

$X_n$  – нормирующее значение, в абсолютных единицах измерений физической величины.

7.4.4 Результаты проверки считают удовлетворительными если приведенная погрешность преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока (4 – 20) мА в значение измеряемого параметра не превышает  $\pm 0,16$  %.

7.4.5 Значение приведенной к диапазону измерений погрешности ИК абсолютного давления,  $\gamma_p$ , %, вычисляют по формуле:

$$\gamma_p = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\gamma_{p1}^2 + \gamma_{p2}^2 + \gamma_{ЭТ}^2} \quad (4)$$

- где
- $\gamma_{p1}$  – предел основной приведенной погрешности измерений СИ абсолютного давления, %
  - $\gamma_{p2}$  – предел дополнительной приведенной погрешности измерений СИ абсолютного давления от влияния температуры в диапазоне

условий эксплуатации, %  
 $\gamma_{ЭТ}$  - максимальное значение приведенной погрешности ЭТ ИК абсолютного давления в п. 7.4.3, %

7.4.6 Значение абсолютной погрешности ИК температуры,  $\Delta_T$ , °С, вычисляют по формуле:

$$\Delta_T = \pm 1,1 \cdot \sqrt{\Delta_{t1}^2 + \Delta_{t2}^2 + \Delta_{t3}^2 + \Delta_{ЭТ}^2} \quad (5)$$

где  $\Delta_{t1}$  - предел абсолютной погрешности измерений термопреобразователя сопротивления TR12-B, °С  
 $\Delta_{t2}$  - предел основной абсолютной погрешности измерений вторичного преобразователя Т32.1S, °С  
 $\Delta_{t3}$  - предел дополнительной абсолютной погрешности измерений вторичного преобразователя Т32.1S, °С  
 $\Delta_{ЭТ}$  - максимальное значение абсолютной погрешности измерений ЭТ ИК температуры в п. 7.4.3, %

7.4.7 Проверку относительной погрешности измерений объемного расхода и объема газа, приведенного к стандартным условиям проводят в следующем порядке:

7.4.7.1 Относительную погрешность измерений объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям, принимают равной относительной расширенной неопределенности при измерении (при коэффициенте охвата 2) объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям.

7.4.7.2 Расчет относительной расширенной неопределенности измерений объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям выполняют ручным способом или при помощи программного комплекса «Расходомер ИСО» (модуль ГОСТ Р 8.740-2011) в соответствии с разделом 13 ГОСТ Р 8.740-2011.

7.4.7.3 При относительной погрешности измерений интервалов времени не более 0,01 %, относительную погрешность измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям принимают равной относительной погрешности измерений объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.

7.4.8 Относительную погрешность измерений массового расхода газа рассчитывают по формуле:

$$\delta_M = \sqrt{\delta_{VEWFLO\ DY}^2 + \left(\frac{\gamma_{ЭТ}(q_{max} - q_{min})}{q}\right)^2 + \delta_{ГСССД}^2 + (\vartheta_p \delta_p)^2 + (\vartheta_T \delta_T)^2 + \delta_N^2} \quad (6)$$

где  $\delta_{VEWFLO\ DY}$  - предел относительной погрешности расходомера в соответствии с эксплуатационной документацией, %  
 $\gamma_{ЭТ}$  - максимальное значение приведенной погрешности ЭТ ИК объемного расхода полученное в п. 7.4.3, %  
 $q_{max}, q_{min}$  - максимальное и минимальное значения объемного расхода в рабочих условиях, м<sup>3</sup>/ч  
 $q$  - объемный расход в рабочих условиях, м<sup>3</sup>/ч  
 $\delta_{ГСССД}$  - методическая погрешность расчета плотности в рабочих условиях в соответствии с ГСССД МР 118-2005, % ( $\delta_{ГСССД} = 0,1\%$ )  
 $\vartheta_p, \vartheta_T$  - относительные коэффициенты влияния температуры и давления  
 $\delta_p$  - относительная погрешность измерений абсолютного давления, %  
 $\delta_T$  - относительная погрешность измерений температуры, %  
 $\delta_N$  - относительная погрешность вычислений массового расхода комплексом измерительно-вычислительным и управляющим STARDOM, %

7.4.9 Относительные коэффициенты влияния  $i$ -го измеряемого параметра вычисляют по формуле:

$$\vartheta_{y_i} = f'_{y_i} \cdot \frac{y_i}{y} \quad (7)$$

где  $f'_{y_i}$  - частная производная функции  $f$  по  $y_i$ .

7.4.10 Если неизвестна математическая взаимосвязь величины  $y$  с величиной  $y_i$  или дифференцирование функции  $f$  затруднено, значение частной производной  $f'_{y_i}$  вычисляют по формуле:

$$f'_{y_i} = \frac{f(y_i + \Delta y_i) - f(y_i)}{\Delta y_i} \quad (8)$$

где  $\Delta y_i$  – приращение  $i$ -й измеряемой величины.

Значение приращения аргумента  $\Delta y_i$  рекомендуется выбирать не более значения абсолютной погрешности измерений величины  $y_i$ .

7.4.11 Относительную погрешность измерений абсолютного давления вычисляют по формуле:

$$\delta_p = \frac{p_a}{p} \sqrt{\gamma_{p1}^2 + \gamma_{p2}^2 + \gamma_{\text{ЭТ}}^2} \quad (9)$$

где	$\gamma_{p1}$	- предел основной приведенной погрешности измерений СИ абсолютного давления, %
	$\gamma_{p2}$	предел дополнительной приведенной погрешности измерений СИ абсолютного давления от влияния температуры в диапазоне условий эксплуатации, %
	$\gamma_{\text{ЭТ}}$	- максимальное значение приведенной погрешности ЭТ ИК абсолютного давления в п. 7.4.3, %
	$p_a$	- верхнее значение СИ абсолютного давления, МПа
	$p$	- измеренное значение абсолютного давления, МПа

7.4.12 Относительную погрешность измерений температуры вычисляют по формуле:

$$\delta_T = \frac{t_a - t_n}{273,15 + t} \sqrt{\left(\frac{\Delta_{t1}}{(t_a - t_n)} \cdot 100\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{t2}}{(t_a - t_n)} \cdot 100\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{t3}}{(t_a - t_n)} \cdot 100\right)^2 + \gamma_{\text{ЭТ}}^2} \quad (10)$$

где	$\Delta_{t1}$	- предел абсолютной погрешности измерений термопреобразователя сопротивления TR12-B, °C
	$\Delta_{t2}$	- предел основной абсолютной погрешности измерений вторичного преобразователя T32.1S, °C
	$\Delta_{t3}$	- предел дополнительной абсолютной погрешности измерений вторичного преобразователя T32.1S, °C
	$\gamma_{\text{ЭТ}}$	- максимальное значение приведенной погрешности ЭТ ИК температуры полученное в п. 7.4.3, %
	$t_a, t_n$	- верхний и нижний пределы ИК температуры соответственно, °C
	$t$	- измеренное значение температуры, °C

7.4.13 При относительной погрешности измерений интервалов времени не более  $\pm 0,01$  %, относительную погрешность измерений массы принимают равной относительной погрешности измерений массового расхода газа.

7.4.14 Результаты проверки считать удовлетворительными если рассчитанная погрешность не выходит за пределы, указанные в таблице 4.

Таблица 4 – Пределы допускаемых погрешностей ИК системы

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) газа приведенного к стандартным условиям, %, в зависимости от значения объемного расхода при стандартных условиях: – от 1243 до 2010 м <sup>3</sup> /ч – от 2010 до 38677 м <sup>3</sup> /ч	±3,0 ±2,0
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массового расхода (массы) газа, %, в зависимости от значения массового расхода: – от 104,4 до 168,8 кг/ч – от 168,8 до 3248,8 кг/ч	±3,1 ±2,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С	±0,7
Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерений погрешности измерений абсолютного давления, %	±0,30

## 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

8.2 Положительные результаты поверки системы оформляют свидетельством о поверке в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 1815 от 2 июля 2015 г. На обратной стороне свидетельства о поверке или в приложении к свидетельству о поверке приводят указание о том, что свидетельство о поверке системы считается действующим при наличии действующих результатов поверки на все СИ, входящие в состав Системы и поверяемые отдельно.

8.3 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

8.4 Результаты поверки считают отрицательными, если при проведении поверки установлено несоответствие хотя бы по одному из пунктов настоящей методики.

8.5 Отрицательные результаты поверки оформляют выдачей извещения о непригодности.