

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГИГИЕНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ**

Выпуск XIII

Москва • ЦРИА «Морфлот»  
1979

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГИГИЕНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ

Выпуск XIII

Москва·ЦРИА «Морфлот»  
1979

Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. XIII. М., ЦРИА «Морфлот», 1979, 124 с.

Методические указания составлены методической секцией по промышленно-санитарной химии проблемной комиссии «Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии».

Настоящие Методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных предприятий.

Методические указания, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, имеют ту же юридическую силу, что и Технические условия.

Редакционная коллегия: В. А. Хрусталева, М. Н. Кузьмичева, М. Д. Бабина, Т. В. Соловьева, В. Г. Овечкин.

УТВЕРЖДАЮ.  
Заместитель Главного  
государственного санитарного  
врача СССР  
А. И. ЗАЙЧЕНКО  
5 августа 1976 г.  
№ 1488-76

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРАТАНА И АКРЕКСА В ВОЗДУХЕ

### I. Общая часть

1. Определение основано на восстановлении каратана и акрекса после хроматографирования в тонком слое и определении продуктов восстановления по реакции с нингидрином.
2. Чувствительность определения — 2 мкг каратана и 2 мкг акрекса на хроматографе.
3. Определению не мешают нитрофенолы.
4. Прядельно допустимая концентрация каратана в воздухе — 0,2 мг/м<sup>3</sup>.

### II. Реактивы и аппаратура

5. Применяемые реактивы и растворы.  
Каратан или акрекс, х. ч.  
Стандартный раствор, содержащий 100 мкг/мл каратана или акрекса. Растворяют 10 мг х. ч. каратана или акрекса в 100 мл *n*-гексана.  
Ацетон, ГОСТ 2603—63.  
*n*-Гексан, МРТУ 2937—66.  
Эфир диэтиловый, ГОСТ 6265—52.  
Проявляющий реактив, МРТУ 2726—65 — 0,25%-ный раствор нингидрида в этиловом спирте (ГОСТ 5962—51) смешивают перед употреблением в соотношении 10:1 с ледяной уксусной кислотой (ГОСТ 61—69).  
Кальций серноокислый, ГОСТ 3210—46, сушат в сушильном шкафу при температуре 160°C в течение 6 ч. Хранят в банке с притертой пробкой.  
Цинк металлический без мышьяка (пыль), ГОСТ 989—41.  
Силикагель КСК зернением 0,05.  
Фильтры АФА-ХА-10 или АФА-ХА-20.
6. Применяемые посуда и приборы.  
Колбы мерные, ГОСТ 1770—59, емкостью 100 мл.  
Воронки химические, диаметром 30 мм.  
Колбы круглодонные, емкостью 50 мл.  
Пипетки, ГОСТ 1770—59, емкостью 5—10 мл с ценой деления 0,1 мл.  
Цилиндры мерные, ГОСТ 1770—59, емкостью 50 мл.  
Ступка фарфоровая с пестиком, емкостью 100 мл.  
Микрошприц.

Камера хроматографическая.  
Патрон для фильтра.  
Аспирационное устройство.  
Мельница для размола силикагеля.  
Сушильный шкаф.  
Водяная баня.

Пластинки для хроматографии. Приготовление. Стекло-вые пластинки размером  $9 \times 12$  см тщательно моют раствором соды, хро-мовой смесью, водой, органическим растворителем. 14 г измельченно-го и просеянного силикагеля смешивают в ступке с 1,5 г просеянно-го сернистого кальция, прибавляют 1 г просеянной цинковой пы-ли и суспендируют в 40 мл дистиллированной воды. Периодически помешивая, полученную суспензию равномерно наносят на 7—8 пла-стинок (6 мл суспензии на пластинку). Сушат их при комнатной тем-пературе в течение 17—18 ч, хранят в эксикаторе над слоем осуши-теля.

### III. Отбор пробы воздуха

7. Воздух со скоростью 10 л/мин протягивают через фильтр АФА-ХА-10. Для определения  $1/2$  ПДК необходимо отобрать 50 л воздуха.

### IV. Описание определения

8. Фильтр помещают в химическую воронку, соединенную с круг-лодонной колбой для отгонки растворителя, и трижды промывают диэтиловым эфиром порциями 7—10 мл. Эфир испаряют до объема 0,2 мл на водяной бане, остаток количественно при помощи микро-шприца наносят на пластинку со слоем силикагеля с цинковой пылью на расстоянии 1,5 см от узкого конца пластинки. Пробу наносят в одну точку так, чтобы диаметр пятна не превышал 1 см. Справа и слева от пробы наносят стандартный раствор каратана или акрек-са, содержащий 2 и 5 мкг препарата.

Пластинку с нанесенными пробами помещают в хроматографиче-скую камеру с системой растворителей гексан—ацетон (4:1). По-сле подъема фронта растворителя на высоту 10 см хроматографиро-вание прекращают, пластинку помещают в вытяжной шкаф на 5—10 мин для удаления паров растворителя, затем орошают до влаж-ного состояния проявляющим реактивом и выдерживают в сушиль-ном шкафу с температурой  $100^\circ\text{C}$  в течение 5—7 мин. При наличии каратана на пластинке проявляется сиреневое пятно  $R_f 0,49 \pm 0,02$ , при наличии акрекса —  $R_f 0,49$ .

Концентрацию каратана, акрекса в  $\text{мг}/\text{м}^3$  воздуха  $X$  вычисляют по формуле

$$X = \frac{GV_1}{VV_0},$$

где  $G$  — количество каратана или акрекса, найденное на хромато-грамме, мкг;

$V_1$  — общий объем пробы, мл;

- $V$  — объем пробы (эфирной), взятый для хроматографического анализа, мл;
- $V_0$  — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к нормальным условиям (см. приложение 1), л.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к стандартным условиям (20°C, 760 мм рт. ст.) производят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t(273^\circ + 20^\circ)P}{(273^\circ + t)760}$$

где  $V_t$  — объем воздуха, отобранный для анализа, л;  
 $P$  — барометрическое давление, мм рт. ст.;  
 $t$  — температура воздуха в месте отбора пробы, °C.

Для удобства расчета следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо умножить  $V_t$  на соответствующий коэффициент.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°C и атмосферное давление 760 мм рт. ст.

| t воздуха,<br>°C | Атмосферное давление, мм рт. ст. |        |        |        |        |        |        |
|------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 730                              | 732    | 734    | 736    | 738    | 740    | 742    |
| -30              | 1,1582                           | 1,1614 | 1,1646 | 1,1677 | 1,1709 | 1,1741 | 1,1772 |
| -28              | 1,1487                           | 1,1519 | 1,1550 | 1,1581 | 1,1613 | 1,1644 | 1,1675 |
| -26              | 1,1393                           | 1,1425 | 1,1456 | 1,1487 | 1,1519 | 1,1550 | 1,1581 |
| -24              | 1,1302                           | 1,1334 | 1,1364 | 1,1391 | 1,1427 | 1,1454 | 1,1488 |
| -22              | 1,1212                           | 1,1243 | 1,1274 | 1,1304 | 1,1336 | 1,1366 | 1,1396 |
| -20              | 1,1123                           | 1,1155 | 1,1185 | 1,1215 | 1,1246 | 1,1276 | 1,1306 |
| -18              | 1,1036                           | 1,1067 | 1,1097 | 1,1127 | 1,1158 | 1,1188 | 1,1218 |
| -16              | 1,0953                           | 1,0981 | 1,1011 | 1,1041 | 1,1071 | 1,1101 | 1,1131 |
| -14              | 1,0866                           | 1,0897 | 1,0926 | 1,0955 | 1,0986 | 1,1015 | 1,1045 |
| -12              | 1,0782                           | 1,0813 | 1,0842 | 1,0871 | 1,0901 | 1,0931 | 1,0959 |
| -10              | 1,0701                           | 1,0731 | 1,0760 | 1,0789 | 1,0819 | 1,0848 | 1,0877 |
| -8               | 1,0620                           | 1,0650 | 1,0679 | 1,0708 | 1,0737 | 1,0766 | 1,0795 |
| -6               | 1,0540                           | 1,0570 | 1,0599 | 1,0627 | 1,0657 | 1,0685 | 1,0714 |
| -4               | 1,0462                           | 1,0491 | 1,0519 | 1,0548 | 1,0577 | 1,0605 | 1,0634 |
| -2               | 1,0385                           | 1,0414 | 1,0442 | 1,0470 | 1,0499 | 1,0528 | 1,0556 |
| 0                | 1,0309                           | 1,0338 | 1,0366 | 1,0394 | 1,0423 | 1,0451 | 1,0477 |
| +2               | 1,0234                           | 1,0263 | 1,0291 | 1,0318 | 1,0347 | 1,0375 | 1,0402 |
| +4               | 1,0160                           | 1,0189 | 1,0216 | 1,0244 | 1,0272 | 1,0299 | 1,0327 |
| +6               | 1,0087                           | 1,0115 | 1,0143 | 1,0170 | 1,0198 | 1,0226 | 1,0253 |
| +8               | 1,0015                           | 1,0043 | 1,0070 | 1,0097 | 1,0126 | 1,0153 | 1,0179 |
| +10              | 0,9944                           | 0,9972 | 0,9999 | 1,0026 | 1,0054 | 1,0081 | 1,0108 |
| +12              | 0,9875                           | 0,9903 | 0,9929 | 0,9956 | 1,9984 | 1,0011 | 1,0037 |
| +14              | 0,9806                           | 0,9833 | 0,9860 | 0,9886 | 0,9914 | 0,9940 | 0,9967 |
| +16              | 0,9737                           | 0,9765 | 0,9791 | 0,9818 | 0,9845 | 0,9871 | 0,9898 |
| +18              | 0,9671                           | 0,9698 | 0,9725 | 0,9751 | 0,9778 | 0,9804 | 0,9830 |
| +20              | 0,9605                           | 0,9632 | 0,9658 | 0,9684 | 0,9711 | 0,9737 | 0,9763 |
| +22              | 0,9539                           | 0,9566 | 0,9592 | 0,9618 | 0,9645 | 0,9671 | 0,9696 |
| +24              | 0,9475                           | 0,9502 | 0,9527 | 0,9553 | 0,9579 | 0,9605 | 0,9631 |
| +26              | 0,9412                           | 0,9438 | 0,9464 | 0,9489 | 0,9516 | 0,9541 | 0,9566 |
| +28              | 0,9349                           | 0,9376 | 0,9401 | 0,9426 | 0,9453 | 0,9478 | 0,9503 |
| +30              | 0,9288                           | 0,9314 | 0,9339 | 0,9364 | 0,9391 | 0,9415 | 0,9440 |
| +32              | 0,9227                           | 0,9252 | 0,9277 | 0,9302 | 0,9328 | 0,9353 | 0,9378 |
| +34              | 0,9167                           | 0,9193 | 0,9218 | 0,9242 | 0,9268 | 0,9293 | 0,9318 |
| +36              | 0,9107                           | 0,9133 | 0,9158 | 0,9182 | 0,9208 | 0,9233 | 0,9257 |
| +38              | 0,9049                           | 0,9074 | 0,9099 | 0,9123 | 0,9149 | 0,9173 | 0,9198 |
| +40              | 0,8991                           | 0,9017 | 0,9041 | 0,9065 | 0,9090 | 0,9115 | 0,9139 |



| $t$ воз-<br>духа<br>°C | Атмосферное давление, мм рт. ст. |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 744                              | 746    | 748    | 750    | 752    | 754    | 756    |
| -30                    | 1,1803                           | 1,1836 | 1,1867 | 1,1899 | 1,1932 | 1,1963 | 1,1994 |
| -28                    | 1,1707                           | 1,1739 | 1,1770 | 1,1801 | 1,1834 | 1,1865 | 1,1896 |
| -26                    | 1,1612                           | 1,1644 | 1,1674 | 1,1705 | 1,1737 | 1,1768 | 1,1799 |
| -24                    | 1,1519                           | 1,1550 | 1,1581 | 1,1612 | 1,1644 | 1,1674 | 1,1705 |
| -22                    | 1,1427                           | 1,1458 | 1,1488 | 1,1519 | 1,1550 | 1,1581 | 1,1611 |
| -20                    | 1,1337                           | 1,1368 | 1,1398 | 1,1428 | 1,1459 | 1,1489 | 1,1519 |
| -18                    | 1,1247                           | 1,1278 | 1,1308 | 1,1338 | 1,1369 | 1,1399 | 1,1429 |
| -16                    | 1,1160                           | 1,1191 | 1,1221 | 1,1250 | 1,1282 | 1,1311 | 1,1341 |
| -14                    | 1,1074                           | 1,1105 | 1,1134 | 1,1164 | 1,1194 | 1,1224 | 1,1253 |
| -12                    | 1,0989                           | 1,1019 | 1,1049 | 1,1078 | 1,1108 | 1,1137 | 1,1166 |
| -10                    | 1,0906                           | 1,0936 | 1,0965 | 1,0994 | 1,1024 | 1,1053 | 1,1082 |
| - 8                    | 1,0824                           | 1,0853 | 1,0882 | 1,0911 | 1,0941 | 1,0969 | 1,0998 |
| - 6                    | 1,0742                           | 1,0772 | 1,0801 | 1,0829 | 1,0858 | 1,0887 | 1,0916 |
| - 4                    | 1,0662                           | 1,0691 | 1,0719 | 1,0748 | 1,0777 | 1,0806 | 1,0834 |
| - 2                    | 1,0584                           | 1,0613 | 1,0641 | 1,0669 | 1,0698 | 1,0726 | 1,0755 |
| 0                      | 1,0506                           | 1,0535 | 1,0563 | 1,0591 | 1,0621 | 1,0648 | 1,0676 |
| + 2                    | 1,0430                           | 1,0459 | 1,0487 | 1,0514 | 1,0543 | 1,0571 | 1,0598 |
| + 4                    | 1,0355                           | 1,0383 | 1,0411 | 1,0438 | 1,0467 | 1,0494 | 1,0522 |
| + 6                    | 1,0280                           | 1,0309 | 1,0336 | 1,0363 | 1,0392 | 1,0419 | 1,0446 |
| + 8                    | 1,0207                           | 1,0235 | 1,0262 | 1,0289 | 1,0317 | 1,0345 | 1,0372 |
| +10                    | 1,0134                           | 1,0162 | 1,0189 | 1,0216 | 1,0244 | 1,0272 | 1,0298 |
| +12                    | 1,0064                           | 1,0092 | 1,0118 | 1,0145 | 1,0173 | 1,0199 | 1,0226 |
| +14                    | 0,9993                           | 1,0021 | 1,0048 | 1,0074 | 1,0102 | 1,0128 | 1,0155 |
| +16                    | 0,9924                           | 0,9951 | 0,9978 | 1,0004 | 1,0032 | 1,0058 | 1,0084 |
| +18                    | 0,9856                           | 0,9884 | 0,9909 | 0,9936 | 0,9963 | 0,9989 | 1,0010 |
| +20                    | 0,9789                           | 0,9816 | 0,9842 | 0,9868 | 0,9895 | 0,9921 | 0,9947 |
| +22                    | 0,9723                           | 0,9749 | 0,9775 | 0,9800 | 0,9827 | 0,9853 | 0,9879 |
| +24                    | 0,9657                           | 0,9683 | 0,9709 | 0,9735 | 0,9762 | 0,9787 | 0,9813 |
| +26                    | 0,9592                           | 0,9618 | 0,9644 | 0,9669 | 0,9696 | 0,9721 | 0,9747 |
| +28                    | 0,9528                           | 0,9555 | 0,9580 | 0,9605 | 0,9632 | 0,9657 | 0,9682 |
| +30                    | 0,9466                           | 0,9492 | 0,9517 | 0,9542 | 0,9568 | 0,9594 | 0,9618 |
| +32                    | 0,9403                           | 0,9429 | 0,9454 | 0,9479 | 0,9505 | 0,9530 | 0,9555 |
| +34                    | 0,9342                           | 0,9368 | 0,9393 | 0,9418 | 0,9444 | 0,9468 | 0,9493 |
| +36                    | 0,9282                           | 0,9308 | 0,9332 | 0,9357 | 0,9382 | 0,9407 | 0,9432 |
| +38                    | 0,9222                           | 0,9248 | 0,9272 | 0,9297 | 0,9322 | 0,9347 | 0,9371 |
| +40                    | 0,9163                           | 0,9189 | 0,9213 | 0,9237 | 0,9263 | 0,9287 | 0,9311 |

| $t$ воз-<br>духа<br>°C | Атмосферное давление, мм рт. ст. |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                        | 758                              | 760    | 762    | 764    | 766    | 768    | 770    |
| -30                    | 1,2026                           | 1,2058 | 1,2089 | 1,2122 | 1,2153 | 1,2185 | 1,2217 |
| -28                    | 1,1928                           | 1,1959 | 1,1990 | 1,2022 | 1,2053 | 1,2084 | 1,2117 |
| -26                    | 1,1831                           | 1,1862 | 1,1893 | 1,1925 | 1,1956 | 1,1986 | 1,2018 |
| -24                    | 1,1736                           | 1,1767 | 1,1797 | 1,1829 | 1,1859 | 1,1891 | 1,1922 |

Продолжение

| t Воз-<br>духа<br>° | Атмосферное давление, мм рт. ст. |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     | 758                              | 760    | 762    | 764    | 766    | 768    | 770    |
| -22                 | 1,1643                           | 1,1673 | 1,1703 | 1,1735 | 1,1765 | 1,1795 | 1,1827 |
| -20                 | 1,1551                           | 1,1581 | 1,1611 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1703 | 1,1734 |
| -18                 | 1,1460                           | 1,1490 | 1,1519 | 1,1551 | 1,1581 | 1,1611 | 1,1642 |
| -16                 | 1,1372                           | 1,1401 | 1,1431 | 1,1462 | 1,1491 | 1,1521 | 1,1552 |
| -14                 | 1,1284                           | 1,1313 | 1,1343 | 1,1373 | 1,1402 | 1,1432 | 1,1463 |
| -12                 | 1,1197                           | 1,1226 | 1,1255 | 1,1285 | 1,1315 | 1,1344 | 1,1374 |
| -10                 | 1,1112                           | 1,1141 | 1,1169 | 1,1200 | 1,1229 | 1,1258 | 1,1288 |
| - 8                 | 1,1028                           | 1,1057 | 1,1086 | 1,1115 | 1,1144 | 1,1173 | 1,1203 |
| - 6                 | 1,0945                           | 1,0974 | 1,1003 | 1,1032 | 1,1061 | 1,1089 | 1,1118 |
| - 4                 | 1,0864                           | 1,0892 | 1,0921 | 1,0949 | 1,0978 | 1,1006 | 1,1036 |
| - 2                 | 1,0784                           | 1,0812 | 1,0841 | 1,0869 | 1,0897 | 1,0925 | 1,0955 |
| 0                   | 1,0705                           | 1,0733 | 1,0761 | 1,0789 | 1,0817 | 1,0846 | 1,0875 |
| + 2                 | 1,0627                           | 1,0655 | 1,0683 | 1,0712 | 1,0739 | 1,0767 | 1,0795 |
| + 4                 | 1,0551                           | 1,0578 | 1,0605 | 1,0634 | 1,0662 | 1,0689 | 1,0717 |
| + 6                 | 1,0475                           | 1,0502 | 1,0529 | 1,0557 | 1,0585 | 1,0612 | 1,0641 |
| + 8                 | 1,0399                           | 1,0427 | 1,0454 | 1,0482 | 1,0509 | 1,0536 | 1,0565 |
| +10                 | 1,0326                           | 1,0353 | 1,0379 | 1,0407 | 1,0435 | 1,0462 | 1,0489 |
| +12                 | 1,0254                           | 1,0281 | 1,0307 | 1,0335 | 1,0362 | 1,0388 | 1,0416 |
| +14                 | 1,0183                           | 1,0209 | 1,0235 | 1,0263 | 1,0289 | 1,0316 | 1,0344 |
| +16                 | 1,0112                           | 1,0138 | 1,0164 | 1,0192 | 1,0218 | 1,0244 | 1,0272 |
| +18                 | 1,0043                           | 1,0069 | 1,0095 | 1,0122 | 1,0148 | 1,0175 | 1,0202 |
| +20                 | 0,9974                           | 1,0000 | 1,0026 | 1,0053 | 1,0079 | 1,0105 | 1,0132 |
| +22                 | 0,9906                           | 0,9932 | 0,9957 | 0,9985 | 1,0011 | 1,0036 | 1,0063 |
| +24                 | 0,9839                           | 0,9865 | 0,9891 | 0,9917 | 0,9943 | 0,9968 | 0,9995 |
| +26                 | 0,9773                           | 0,9799 | 0,9824 | 0,9851 | 0,9876 | 0,9902 | 0,9928 |
| +28                 | 0,9708                           | 0,9734 | 0,9759 | 0,9785 | 0,9811 | 0,9836 | 0,9863 |
| +30                 | 0,9645                           | 0,9671 | 0,9695 | 0,9723 | 0,9746 | 0,9772 | 0,9797 |
| +32                 | 0,9581                           | 0,9606 | 0,9631 | 0,9657 | 0,9682 | 0,9707 | 0,9733 |
| +34                 | 0,9519                           | 0,9544 | 0,9569 | 0,9595 | 0,9619 | 0,9644 | 0,9669 |
| +36                 | 0,9457                           | 0,9482 | 0,9507 | 0,9532 | 0,9557 | 0,9582 | 0,9607 |
| +38                 | 0,9397                           | 0,9421 | 0,9445 | 0,9471 | 0,9495 | 0,9520 | 0,9545 |
| +40                 | 0,9337                           | 0,9361 | 0,9385 | 0,9411 | 0,9435 | 0,9459 | 0,9485 |

Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
техническим условиям

| Вещество  | Метод опубликован в технических условиях на методы определения вредных веществ в воздухе  |
|---|---|
| Тетрахлордифторэтан (фреон 112)                                       | Вып. IV, с. 139. Технические условия на метод определения фторорганических соединений в воздухе. Утверждены 2 октября 1964 г. № 122-1/161 |
| Трихлортрифторэтан (фреон 113)  | То же   |
| Тетрафторхлорэтан (фреон 114)   | »   |
| Пентафторхлорэтан (фреон 11С)   | »   |
| Дихлорфторэтан (фреон 141)  | »   |
| Хлордифторэтан (фреон 142)  | »   |
| Трифторэтан (фреон 143)   | »   |
| Тетрафтордибромэтан (фреон 114В <sub>2</sub> )                        | »   |
| Трифторбромметан (фреон 13В <sub>1</sub> )                            | »   |
| Дифторхлорбромметан (фреон 12В <sub>1</sub> )                         | »   |
| Фреон 151   | »   |
| Фреон 152   | »   |
| 3, 3, 3-Трифторпропен   | »   |
| Октафторциклобутан (фреон 318С)                                       | »   |
| 1-йодгентафторпропан Аммифос  | »   |
| Аммофос   | Вып. III, с. 34. Технические условия на метод определения фосфорорганических инсектицидов в воздухе, утверждены 3 апреля 1963 г.          |
| Сульфид цинка, активированный марганцем и медью (люминофор ЭЛС-580-В) | Вып. IV, с. 165. Технические условия на метод определения пыли. Утверждены 2 октября 1964 г.  |
| Сульфид цинка, активированный медью (люминофор ЭЛС-455-В)             | То же   |
|   | »   |

| Вещество  | Метод опубликован в технических условиях на методы определения вредных веществ в воздухе                         |
|---|--|
| Сульфид цинка, активированный медью (люминофор ЭЛС-540-В)           | Вып. IV, с. 165. Технические условия на метод определения пыли. Утверждены 2 октября 1964 г.                     |
| Селинид цинка, активированный медью и кадмием (люминофор ЭЛС-670-И) | То же  |
| Кварцевое стекло  | Вып. V, с. 34. Технические условия на метод определения двуокси кремния в воздухе. Утверждены 29 декабря 1965 г. |
| Аэрозоль конденсации аморфной двуокси кремния                       | То же  |
| Окись цинка   | Вып. V, с. 31. Технические условия на метод определения цинка в воздухе. Утверждены 29 декабря 1965 г.           |
| Моноэтиловый эфир адипиновой кислоты                                | Вып. IV, 1965 г. Технические условия на метод определения сложных эфиров. С. 98                                  |
| Хлорангидрид моноэтилового эфира адипиновой кислоты                 | То же  |
| Этиловый эфир 6-окси-8-хлороктановой кислоты                        | Вып. IV, 1965 г. Технические условия на метод определения сложных эфиров. С. 98                                  |
| Этиловый эфир 6, 8-дихлороктановой кислоты                          | Вып. V, 1965 г. Технические условия на метод определения сложных эфиров. С. 98                                   |
| Рептиловый эфир акриловой кислоты                                   | Вып. V, 1968 г., с. 111. Технические условия на метод определения высших спиртов                                 |
| Нониловый эфир акриловой кислоты                                    | То же  |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты                                 | »  |
| Изобутиловый эфир метакриловой кислоты                              | »  |
| Ортофосфорная кислота   | Вып. IV, 1965 г. Технические условия на метод определения фосфорного ангидрида                                   |
| Гидроокись цезия  | Вып. X, 1974 г. Технические условия на метод определения едких щелочей   |
| Гидрохинонат свинца   | Вып. IX, 1973 г. Технические условия на спектрографический метод определения свинца                              |
| Салицилат свинца  | То же  |

| Вещество                              | Метод опубликован в технических условиях на методы определения вредных веществ в воздухе |
|---------------------------------------|--|
| Свинцовосиликатное волокно марки В-50 | Вып. IX, 1973 г. Технические условия на спектрографический метод определения свинца      |
| Свинцовосиликатное волокно марки В-70 | То же  |

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

|  |    |
|--|----|
| Методические указания на фотометрическое определение борной кислоты и борного ангидрида в воздухе . . . . .  | 3  |
| Методические указания на фотометрическое определение теллура и его соединений в воздухе . . . . .  | 5  |
| Методические указания на фотометрическое определение монохлористой серы в воздухе . . . . .  | 7  |
| Методические указания на фотометрическое определение гидрида германия в воздухе . . . . .  | 9  |
| Методические указания на фотометрическое определение спиртов жирного ряда $C_1-10_{10}$ и фурфурилового спирта в воздухе . . . . .                             | 12 |
| Методические указания на фотометрическое определение формамида и диметилформамида в воздухе . . . . .  | 15 |
| Методические указания на фотометрическое определение этилдендиацетата в воздухе . . . . .  | 18 |
| Методические указания на фотометрическое определение дивинила в воздухе . . . . .  | 20 |
| Методические указания на фотометрическое определение пара-метилуретанбензолсульфогидразида (порофора ЧХЗ) . . . . .  | 22 |
| Методические указания на фотометрическое определение фенола и диметилфенола в воздухе . . . . .  | 24 |
| Методические указания на раздельное фотометрическое определение трифенилфосфата и фенола в воздухе . . . . .   | 26 |
| Методические указания на раздельное определение орто-, мета-, пара-трикрезилфосфата и трифенилфосфата в воздухе с помощью тонкослойной хроматографии . . . . . | 29 |
| Методические указания на фотометрическое определение орто- и пара-нитроанилина в воздухе . . . . .   | 34 |
| Методические указания на фотометрическое определение 3,4-дихлоранилина в воздухе . . . . .   | 36 |
| Методические указания на полярографическое определение 3,4-дихлоранилина в воздухе . . . . .   | 38 |
| Методические указания на фотометрическое определение 3,4-дихлорнитробензола в воздухе . . . . .  | 40 |
| Методические указания на фотометрическое определение диметиланилина в воздухе . . . . .  | 42 |
| Методические указания на фотометрическое определение хлористого бензоила в воздухе . . . . .   | 44 |
| Методические указания на фотометрическое определение нитробензотрифторида в воздухе . . . . .  | 47 |
| Методические указания на фотометрическое определение трефлана (трифтор-2,6-динитродипропил- <i>л</i> -толуидина) в воздухе . . . . .                           | 49 |

|   |     |
|---|-----|
| Методические указания на спектрофотометрическое определение бутиламида бензосульфокислоты в воздухе . . . . .   | 51  |
| Методические указания на раздельное определение паров фенола, орто-, мета- и пара-крезола в воздухе с помощью тонкослойной хроматографии . . . . .                | 53  |
| Методические указания на определение метальдегида в воздухе с помощью тонкослойной хроматографии . . . . .  | 57  |
| Методические указания на фотометрическое определение диметилвинилэтинил-п-оксифенилметана в воздухе . . . . .   | 60  |
| Методические указания на фотометрическое определение фенацетина в воздухе . . . . .   | 62  |
| Методические указания на фотометрическое определение анальгина в воздухе . . . . .  | 64  |
| Методические указания на фотометрическое определение пирамидона в воздухе . . . . .   | 66  |
| Методические указания на спектрофотометрическое определение стрептомицина в воздухе . . . . .   | 68  |
| Методические указания на спектрофотометрическое определение ампициллина в воздухе . . . . .   | 71  |
| Методические указания на спектрофотометрическое определение метилтестостерона и ацетата дигидропрегненолона в воздухе . . . . .                                   | 73  |
| Методические указания на фотометрическое определение сульфамидазина, сульфадиметоксина, сульфамонетоксина и 3-хлор-6-сульфаниламидопиридазина в воздухе . . . . . | 75  |
| Методические указания на определение гардоны [2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)-винилдиметилфосфата] с помощью тонкослойной хроматографии в воздухе . . . . .         | 77  |
| Методические указания на фотометрическое определение бензальдегида в воздухе . . . . .  | 79  |
| Методические указания на эмульсионное определение терфенилов в воздухе . . . . .  | 81  |
| Методические указания на фотометрическое определение соласодина в воздухе . . . . .   | 83  |
| Методические указания на фотометрическое определение поликарбамина в воздухе . . . . .  | 85  |
| Методические указания на хроматографическое определение каратана и акрекса в воздухе . . . . .  | 88  |
| Методические указания на определение семерона в воздухе с помощью тонкослойной хроматографии . . . . .  | 90  |
| Методические указания на газохроматографическое определение дихлорбутадиена и трихлорбутена в воздухе . . . . .   | 92  |
| Методические указания на газохроматографическое определение хлоропрена в воздухе . . . . .  | 94  |
| Методические указания на определение суммарного содержания органических веществ в воздухе (в пересчете на углерод) с помощью газовой хроматографии . . . . .      | 97  |
| Методические указания на газохроматографическое определение бензола, толуола, орто-, мета-, пара-ксилола, стирола, метилметакрилата в воздухе . . . . .           | 100 |
| Методические указания на газохроматографическое определение этилового спирта в воздухе . . . . .  | 102 |

|   |     |
|---|-----|
| Методические указания на кинетико-спектрофотометрическое определение альфа-метилстирола в воздухе . . . . . | 104 |
| Методические указания на газохроматографическое определение диметилформамида в воздухе . . . . .            | 106 |
| Методические указания на колориметрическое определение диметилформамида в воздухе . . . . .                 | 108 |
| Приложение 1 . . . . .  | 111 |
| Приложение 2 . . . . .  | 112 |
| Приложение 3 . . . . .  | 115 |
| Приложение 4 . . . . .  | 117 |

---



**Методические указания  
на определение вредных веществ в воздухе**

Выпуск XIII

Редактор Э. А. Андреева

Технический редактор Л. И. Минскер

Корректор Г. Е. Потапова

---

Сдано в набор 29.02-79 г. Подписано в печать 16.10-79 г. Формат  
изд. 84×108/32. Бум. финская. Гарнитура литературная. Печать  
высокая. Усл. печ. л. 6,51. Уч.-изд. л. 7,76. Тираж 7000. Изд. 98-В.  
Заказ тип. № 1775. Цена 1р. 16 коп.

Центральное рекламно-информационное агентство ММФ  
(ЦРИА «Морфлот»)

---

Типография «Моряк», Одесса, ул. Ленина, 26