

---

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
(МГС)**

**INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)**

---

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т А Н Д А Р Т**

**ГОСТ  
31670—  
2012**

---

## **ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ**

**Спектрально-люминесцентный метод  
идентификации спирта**

**Издание официальное**



**Москва  
Стандартинформ  
2019**

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом пищевой биотехнологии Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПБ Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 50 от 20 июля 2012 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2012 г. № 469-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31670—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53194—2008\*

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

\*Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2012 г. № 469-ст ГОСТ Р 53194—2008 отменен с 1 июля 2013 г.

© Стандартинформ, оформление, 2012, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Термины и определения . . . . .	2
4 Отбор проб . . . . .	2
5 Метод измерения . . . . .	2
6 Характеристики погрешности измерения и достоверности идентификации . . . . .	5
7 Контроль точности результатов измерения . . . . .	5
8 Контроль стабильности результатов измерений при реализации методики в лаборатории . . . . .	6
9 Требования безопасности . . . . .	6

## ВОДКИ И ВОДКИ ОСОБЫЕ

### Спектрально-люминесцентный метод идентификации спирта

Vodkas and special vodkas. Spectral-luminescent method of identification ethanol

Дата введения — 2013—07—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на водки и водки особые и устанавливает спектрально-люминесцентный метод определения наличия или отсутствия органических микропримесей, характерных для этилового ректифицированного спирта из непищевого сырья, используемого для их приготовления, с целью идентификации спирта.

Метод применяют для исследовательских работ и накопления статистических данных по установлению происхождения этилового ректифицированного спирта, входящего в состав водок и водок особых.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 6709\* Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 18300\*\* Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

ГОСТ ИСО 5725-6\*\*\* Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений.

Часть 6. Использование значений точности на практике

ГОСТ ИСО /МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144—2018.

\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55878—2013 «Спирт этиловый технический гидролизный ректифицированный. Технические условия».

\*\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002.

# **ГОСТ 31670—2012**

**Примечание** — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации ([www.easc.by](http://www.easc.by)) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 водка:** Спиртной напиток, представляющий собой бесцветный водно-спиртовой раствор крепостью 40,0 % — 45,0 %, 50,0 % и 56,0 %, с мягким, присущим водке вкусом и характерным водочным ароматом.

**3.2 особая водка:** Водка крепостью 40,0 % — 45,0 % с подчеркнуту специфическим ароматом и мягким вкусом, получаемыми за счет внесения ингредиентов.

**3.3 идентификация этилового ректифицированного спирта, входящего в состав водок (водок особых):** Определение принадлежности к спирту из непищевого сырья по наличию органических микропримесей, характерных для спирта из непищевого сырья, используемого для приготовления водок (водок особых).

**3.4 органические микропримеси:** Следовые количества органических соединений, входящих в состав исходного сырья, ферментов и других материалов, применяемых при приготовлении этилового ректифицированного спирта из непищевого сырья.

**3.5 спектр поглощения:** Зависимость оптической плотности исследуемого образца водки (водки особой) от длины волны (или частоты) падающего на образец излучения.

**3.6 спектр возбуждения люминесценции:** Зависимость интенсивности излучения исследуемого образца водки (водки особой) по длинам волн (частотам) возбуждающего излучения при фиксированной длине волны излучаемого образцом света.

**3.7 спектр люминесценции:** Зависимость интенсивности люминесценции исследуемого образца водки (водки особой) по длинам волн (частотам) излучаемого свечения при фиксированной длине волны возбуждающего света.

**3.8 многомерный спектр:** Совокупность оптических спектров поглощения и спектров возбуждения — испускания люминесценции образцов водок (водок особых).

**3.9 мера сходства:** Величина, вычисляемая по формулам (1)—(3).

**3.10 объединенная мера сходства:** Величина, вычисляемая по формуле (4).

## **4 Отбор проб**

Отбор проб для анализа водок и водки особой — по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт.

## **5 Метод измерения**

### **5.1 Сущность метода**

Метод идентификации спирта, входящего в состав водок и водок особых, основан на определении наличия органических микропримесей, поглощающих и испускающих оптическое излучение в спектральном интервале 200—600 нм. Наличие набора характеристических органических микропримесей устанавливается путем сопоставления заданных значений многомерных спектров модельных образцов водно-спиртовых смесей крепостью 40,0 %, приготовленных из синтетического или гидролизного этилового спирта (ГОСТ 18300) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709), с измеренным многомерным спектром неизвестного образца водки.

Многомерными спектрами называют совокупность оптических спектров поглощения  $A(\lambda)$  и возбуждения-испускания люминесценции  $F(\lambda_B, \lambda_{\mathcal{U}})$ . Операция сопоставления состоит в вычислении мер сходства  $\mu_A$  и  $\mu_F$  измеренных спектральных распределений  $A(\lambda)$  и  $F(\lambda_B, \lambda_{\mathcal{U}})$  с известными спектральными распределениями  $A(\lambda, k)$  и  $F(\lambda_B, \lambda_{\mathcal{U}}, k)$ :

- для спектров поглощения:

$$\mu_A = \frac{1}{1 + \sum_{\lambda_{\min}}^{\lambda_{\max}} \gamma_A(\lambda) \frac{[A(\lambda) - A(\lambda, k)]^2}{\sigma_A^2(\lambda)}}, \quad 0 \leq \mu_A \leq 1, \quad (1)$$

- для спектров возбуждения люминесценции:

$$\mu_{FB} = \frac{1}{1 + \sum_{\lambda_B \min}^{\lambda_B \max} \gamma_{FB}(\lambda_B) \frac{[F(\lambda_B) - F(\lambda_B, k)]^2}{\sigma_F^2(\lambda_B)}}, \quad 0 \leq \mu_{FB} \leq 1, \quad (2)$$

- для спектров люминесценции:

$$\mu_{FI} = \frac{1}{1 + \sum_{\lambda_{\mathcal{U}} \min}^{\lambda_{\mathcal{U}} \max} \gamma_{FI}(\lambda_{\mathcal{U}}) \frac{[F(\lambda_{\mathcal{U}}) - F(\lambda_{\mathcal{U}}, k)]^2}{\sigma_F^2(\lambda_{\mathcal{U}})}}, \quad 0 \leq \mu_{FI} \leq 1, \quad (3)$$

где  $\lambda$  — длина волны в спектре поглощения;

$\lambda_B$  — длина волны возбуждающего излучения;

$\lambda_{\mathcal{U}}$  — длина волны испускаемого излучения;

$k = 1, 2, 3, 4, 5$  — индекс имеющегося в базе данных многомерного спектра образца водно-спиртовой смеси крепостью 40,0 %, приготовленной из синтетического или гидролизного этилового спирта (ГОСТ 18300) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709);

$\gamma_A(\lambda)$ ,  $\gamma_{FB}(\lambda_B)$  и  $\gamma_{FI}(\lambda_{\mathcal{U}})$  — коэффициенты идентификационной значимости длин волн  $\lambda$ ,  $\lambda_B$  и  $\lambda_{\mathcal{U}}$  соответственно, необходимые для фильтрации аппаратурных помех используемых спектрометров ( $0 \leq \gamma_A(\lambda) \leq 1$ ,  $0 \leq \gamma_{FB}(\lambda_B) \leq 1$ ,  $0 \leq \gamma_{FI}(\lambda_{\mathcal{U}}) \leq 1$ );

$\sigma_A^2(\lambda)$ ,  $\sigma_F^2(\lambda_B)$  и  $\sigma_F^2(\lambda_{\mathcal{U}})$  — дисперсии измеряемых величин  $A(\lambda)$ ,  $F(\lambda_B)$  и  $F(\lambda_{\mathcal{U}})$ .

Объединенную меру сходства вычисляют по формуле

$$\mu_k = \beta_A \mu_A + \beta_{FB} \mu_{FB} + \beta_{FI} \mu_{FI}, \quad (4)$$

где  $\beta_A$ ,  $\beta_{FB}$  и  $\beta_{FI}$  — значимости оптических спектров поглощения, возбуждения и испускания люминесценции для идентификации группы микропримесей,  $\beta_A + \beta_{FB} + \beta_{FI} = 1$ .

Для имеющейся базы данных  $\beta_A = 0,38$ ;  $\beta_{FB} = 0,24$ ;  $\beta_{FI} = 0,38$ . Многомерный спектр неизвестного образца водки относят к тому многомерному спектру водно-спиртовой смеси из  $k = 1, 2, 3, 4, 5$ , для которого объединенная мера сходства измеренного многомерного спектра с многомерными спектрами известных образцов примет значение больше или равно 0,5.

## 5.2 Средства измерений, оборудование, материалы

5.2.1 Для измерения спектров поглощения используют сканирующий спектрофотометр с управлением от персонального компьютера, программа управления которым обеспечивает сохранение информации в текстовом формате. Спектрофотометр должен обеспечивать измерение оптической плотности в диапазоне 0—5 при спектральной ширине щели 1 нм с интервалом 0,5 нм. Область сканирования не менее 190—400 нм.

5.2.2 Для измерения спектров возбуждения и испускания люминесценции используют сканирующий спектрофлуориметр с характеристиками:

- минимальный спектральный диапазон возбуждения люминесценции от 200 до 300 нм;
- допускаемая абсолютная погрешность отсчетного устройства установки длин волн не более 0,5 нм;

- допускаемое среднеквадратичное отклонение случайной составляющей погрешности отсчетного устройства установки длин волн не более 0,25 нм;

- отношение сигнал/шум для Рамановского спектра дистиллированной воды при длине волны 340 нм при ширине щелей монохроматоров 10 нм не менее 500:1;

- автоматическая коррекция измеряемого спектра на функцию спектральной чувствительности спектрофотометра;

- наличие режима сохранения информации в виде файла данных в текстовом формате.

5.2.3 Персональная электронно-вычислительная машина (компьютер) для обработки информации и проведения вычислений.

5.2.4 Стандартная оптическая кювета (10 × 10 мм) из кварцевого стекла для измерения интенсивности люминесценции жидких образцов.

5.2.5 Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

5.2.6 Хлопчатобумажная ткань любого типа.

### 5.3 Условия проведения измерений

Измерение проводят при соблюдении следующих условий:

температура окружающей среды, °С ..... от 10 до 35;

относительная влажность воздуха, % ..... 65 ± 15;

напряжение переменного тока, В ..... 220<sup>+22</sup><sub>-33</sub>;

частота, Гц ..... 50.

### 5.4 Подготовка к выполнению измерений

5.4.1 Подготовку спектрофотометра к работе выполняют в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Из анализируемого образца водки или водки особой отбирают пробу объемом от 3 до 5 см<sup>3</sup> для измерения его спектра поглощения.

Пробу помещают в тщательно вымытую кварцевую кювету толщиной 10 мм, предварительно дважды ополоснутую анализируемой водкой или водкой особой.

Перед установкой в кюветное отделение спектрофотометра наружную поверхность кюветы тщательно протирают чистой хлопчатобумажной тканью.

5.4.2 Подготовку спектрофлуориметра к проведению измерений осуществляют по инструкции, приложенной к прибору.

Из анализируемого образца водки или водки особой отбирают пробу объемом от 3 до 5 см<sup>3</sup> для измерения его спектра возбуждения — испускания люминесценции.

Пробу помещают в прилагаемую к спектрофлуориметру чисто вымытую кварцевую кювету, предварительно дважды ополоснутую анализируемой водкой или водкой особой.

Перед установкой в кюветное отделение спектрофлуориметра наружную поверхность кюветы тщательно протирают чистой хлопчатобумажной тканью.

### 5.5 Выполнение измерений

#### 5.5.1 Измерение спектра поглощения

Помещают в измерительный канал спектрофотометра кювету с анализируемым образцом водки или водки особой.

Устанавливают:

режим измерения — поглощение;

спектральную ширину щели монохроматора — 1 нм;

интервал измерения — 0,5 нм;

скорость сканирования — медленную;

диапазон сканирования — от 190 до 400 нм.

Измеряют суммарный спектр поглощения анализируемого образца водки или водки особой относительно воздуха.

После проведения измерения данные сохраняют в текстовом формате в виде табличного файла с расширением dat.

#### 5.5.2 Измерение спектра возбуждения люминесценции

Кювету с анализируемым образцом водки или водки особой устанавливают в кюветное отделение.

Запускают следующий режим измерения:  
спектральная ширина щели монохроматоров возбуждения и испускания не более 10 нм;  
измерение интенсивности люминесценции проводят при регистрации на длине волны 335 нм при последовательном возбуждении от 200 до 350 нм (шаг сканирования — 2 нм, время накопления сигнала — 2 с).

После проведения измерения данные сохраняют в текстовом формате в виде табличного файла с расширением dat.

#### 5.5.3 Измерение спектра люминесценции

Запускают следующий режим измерения:  
спектральная ширина щели монохроматоров возбуждения и испускания не более 10 нм;  
измерение интенсивности люминесценции проводят в диапазоне длин волн от 280 до 580 нм, монохроматор возбуждения устанавливают на длину волны 230 нм (шаг сканирования — 2 нм, время накопления сигнала — 2 с).

После проведения измерения данные сохраняют в текстовом формате в виде табличного файла с расширением dat.

Объединенную меру сходства измеренного многомерного спектра с многомерными спектрами для всех известных образцов из базы данных вычисляют по формуле (4) в соответствии с алгоритмом, приведенным в 5.1.

## 6 Характеристики погрешности измерения и достоверности идентификации

6.1 В случае измерения: 1) поглощения в диапазоне 190—400 нм по 5.5.1; 2) возбуждения с регистрацией люминесценции на длине волны 335 нм в диапазоне 200—350 нм по 5.5.2; 3) люминесценции при возбуждении светом с длиной волны 230 нм по 5.5.3 относительная погрешность объединенной меры сходства многомерных спектров образцов не более  $\pm 5\%$ .

6.2 Основные метрологические характеристики метода приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диапазон измерений объединенной меры сходства многомерных спектров $\mu$ , усл. ед.	Относительное среднеквадратическое отклонение измерений объединенной меры сходства многомерных спектров $\delta_r$ , %	Предел повторяемости $r$ , %, при $n = 2$ , $P = 0,95$	Уровень значимости, характеризующий достоверность идентификации водок, приготовленных с использованием непищевого спирта, не более $\alpha$ , %
0—1,00	5	14	0,05

## 7 Контроль точности результатов измерения

7.1 Контроль относительной погрешности результатов определения объединенной меры сходства  $\mu_{BC.C}^{BD} = \beta_A \mu_A + \beta_{FB} \mu_{FB} + \beta_{FI} \mu_{FI}$  проводят не реже одного раза в месяц. Контроль проводят путем измерения многомерного спектра водно-спиртовой смеси крепостью 40,0 %, приготовленной из синтетического или гидролизного этилового спирта (ГОСТ 18300) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709), и вычисления его объединенной меры сходства с соответствующим многомерным спектром (из пяти, содержащихся в базе данных), полученным для водно-спиртовой смеси, содержащей тот же самый непищевой этиловый спирт. Повторяют измерение многомерного спектра приготовленного образца 26 раз и каждый раз заново вычисляют объединенную меру сходства  $\mu_{BC.C}^{BD}$ . Относительную погрешность измерения объединенной меры сходства  $\delta$ , %, вычисляют по формуле

$$\delta = 100 \frac{\sqrt{\sum_{j=1}^N \left[ \left( \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N \mu_{BC.C}^{BD} \right) - \mu_{BC.C}^{BD} \right]^2}}{\left( \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^N \mu_{BC.C}^{BD} \right)}, \text{ где } j = 1, 2, \dots, N = 26. \quad (5)$$

Результат контроля признается удовлетворительным, если выполняется условие  $\delta \leq 5\%$ .

## **8 Контроль стабильности результатов измерений при реализации методики в лаборатории**

Контроль стабильности результатов измерений в лаборатории при реализации методики осуществляют по ГОСТ ИСО 5725-6, используя метод контроля стабильности стандартного отклонения повторяемости по ГОСТ ИСО 5725-6 с применением контрольных карт Шухарта.

Периодичность контроля и процедуры контроля стабильности результатов измерений должны быть предусмотрены в руководстве по качеству лаборатории в соответствии с ГОСТ ИСО /МЭК 17025.

## **9 Требования безопасности**

При проведении анализов следует соблюдать:

- требования электробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019 и требования инструкций по эксплуатации приборов;
- требования пожаробезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004;
- требования взрывобезопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.010;
- требования работы с вредными веществами в соответствии с ГОСТ 12.1.007;
- общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

К выполнению измерений допускаются специалисты, имеющие квалификацию не ниже техника, изучившие инструкцию по эксплуатации спектрофотометра и спектрофлуориметра, требования безопасности, прошедшие обучение и освоившие метод выполнения измерений.

---

УДК 663.5.543.06:006.354

МКС 67.160.10  
71.080.60

Ключевые слова: водка, водка особая, определения, идентификация спиртов, органические микропримеси, многомерный спектр, спектр поглощения, спектр возбуждения люминесценции, спектр люминесценции, отбор проб, метод измерения, погрешность, мера сходства, объединенная мера сходства

---

Редактор *Н.В. Таланова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Р.А. Мэнтова*  
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 27.03.2019. Подписано в печать 14.05.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru)    [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)