

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ

Методика поверки

Издание официальное

Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии

Москва

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Федеральным Государственным Унитарным предприятием Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И. Менделеева (ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева)

ВНЕСЕНЫ Управлением метрологии и надзора Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от *28.12.* 2004 г. № *131* -ст

3 ВЗАМЕН МИ 1914-88

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения.....	
2 Нормативные ссылки	
3 Общие положения.....	
4 Проверка ареометров методом гидростатического взвешивания	
5 Проверка ареометров непосредственным сличением показаний поверяемого и эталонного ареометров.....	
Приложение А (справочное) Приспособление с гнездами для сушки ареометров	
Приложение Б (справочное) Форма протокола проверки ареометра методом гидростатического взвешивания	
Приложение В (справочное) Зависимость плотности водно-спиртовых растворов от концентрации спирта в объемных долях при 20 °C и нормальном атмосферном давлении.....	
Приложение Г (справочное) Зависимость плотности водных растворов этиленгликоля от концентрации этиленгликоля в объемных долях при 20 °C и нормальном атмосферном давлении.....	
Приложение Д (справочное) Зависимость плотности водных растворов сахара от концентрации сахара в массовых долях при 20 °C и нормальном атмосферном давлении.....	
Приложение Е (справочное) Чертеж стеклянного сифона.....	
Приложение Ж (справочное) Чертеж стеклянной мешалки	
Приложение И (справочное) Пожароопасные характеристики легковоспламеняющихся и горючих веществ, применяемых при поверке	
Приложение К (справочное) Основные характеристики вредных веществ, примеляемых при поверке	
Приложение Л (справочное) Примеры расчета объемов смешиаемых компонентов для составления поверочных жидкостей	
Приложение М (справочное) Зависимость концентрации спирта в объемных долях от концентрации спирта в массовых долях при 20 °C и нормальном атмосферном давлении.....	
Приложение Н (справочное) Зависимость концентрации спирта в массовых долях от концентрации спирта в объемных долях при температуре 20 °C и нормальном атмосферном давлении.....	
Приложение П (справочное) Значения капиллярных постоянных	

жидкостей, плотность которых больше плотности
дистиллированной воды.....
Приложение Р (справочное) Форма протокола поверки ареометра
непосредственным сличением.....

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИИ

Государственная система обеспечения единства измерений

АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ

Методика поверки

Дата введения 2005-07-01

1 Область применения

Настоящие рекомендации распространяются на стеклянные ареометры по ГОСТ 18481 всех типов, кроме АКЛ, и устанавливают методику их первичной и периодической поверок.

Межповерочный интервал ареометров установлен при испытаниях.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 8.428-81 Государственная система обеспечения единства измерений. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.102-80 Система стандартов безопасности труда. Материалы для верха специальной обуви. Метод определения проницаемости жидкими агрессивными веществами

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила приемки и методики выполнения измерений

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 5955-75 Бензол. Технические условия

Издание официальное



ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторное фарфоровое. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

ГОСТ 14183-78 Стекло органическое часовое. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторное стеклянное. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29298-92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений

ПР 50.2.009-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

Примечание – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных НД по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

Настоящие рекомендации устанавливают методики поверки ареометров, основанные на:

методе гидростатического взвешивания поверяемого ареометра в одной нетоксичной жидкости с установкой уровня жидкости на проверяемой отметке шкалы;

непосредственном сличении показаний поверяемого и эталонного ареометров, погруженных в одну поверочную жидкость.

Основным методом поверки является метод гидростатическо-

го взвешивания. При наличии в регионе номенклатуры представляемых на поверку ареометров в количестве одного-двух типов, допускается проводить поверку непосредственным сличением показаний поверяемого и эталонного ареометров.

4 Проверка ареометров методом гидростатического взвешивания

4.1 Операции поверки

4.1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (4.7.1);
- определение основной абсолютной погрешности (4.7.2).

4.2 Средства поверки

4.2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- установка гидростатического взвешивания, укомплектованная весами класса точности 1,0 с наибольшим пределом взвешивания не менее 200 г, погрешностью не более 0,15 мг и жидкостным циркуляционным термостатом с погрешностью поддержания температуры не более 0,05 °C;
- аттестованные меры плотности (поплавки);
- термометр для точных измерений по ГОСТ 13646 с ценой деления 0,01 °C и диапазоном измерений от 16 °C до 20 °C или от 20 °C до 24 °C;
- жидкостной стеклянный термометр типа А по ГОСТ 28498 с ценой деления 1 °C и диапазоном измерений от 0 °C до 100 °C;
- метеорологический барометр с абсолютной погрешностью не более 13,3 Па (1 мм рт.ст.);
- штангенциркуль по ГОСТ 166 с пределами измерений от 0 до 200 мм и отсчетным устройством по нониусу 0,05 мм;
- гигрометр с относительной погрешностью не более 1,5 %.
- поверочную жидкость (этиловый ректифицированный спирт высшей очистки по ГОСТ 18300);
- лупу типа ЛП увеличением 2,5 по ГОСТ 25706;
- хозяйственное твердое мыло по ГОСТ 790;
- хлопчатобумажную ткань типа мадаполам;
- приспособление с гнёздами для сушки ареометров в соответствии с приложением А;
- промывочные жидкости (этиловый спирт 1-го сорта по ГОСТ 18300 и дистиллиированную воду однократной перегонки по ГОСТ 6709).

4.2.2 Допускается применять другие или вновь разработанные средства поверки, удовлетворяющие метрологическим характери-

стикам 4.2.1 настоящих рекомендаций, прошедшие испытания для целей утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009 и имеющие действующие свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

4.3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителя, изучивших эксплуатационную документацию на поверяемые типы ареометров и средства их поверки и настоящие рекомендации и прошедших инструктаж по технике безопасности.

4.4 Требования безопасности

4.4.1 При проведении поверочных работ соблюдают требования «Правил пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденных Главным управлением пожарной охраны МВД России, и требования «Правил технической безопасности при эксплуатации электроустановок-потребителей», утвержденных Госэлектронадзором.

4.4.2 Помещения, в которых проводят работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оборудованы установками пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009. В этих помещениях не применяют открытый огонь.

4.4.3 Помещение, в котором проводят поверку, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

4.5 Условия поверки

4.5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- давление окружающего воздуха: 84...106 кПа;
- относительная влажность окружающего воздуха: 30 %...80 %;
- температура поверочной жидкости: $(20,00 \pm 0,05) ^\circ\text{C}$;
- нестабильность температуры поверочной жидкости: не более 0,02 $^\circ\text{C}$;
- освещенность рабочего места поверителя: не менее 300 лк.
- вибрацию и тряску не допускают.

4.6 Подготовка к поверке

4.6.1 Перед проведением поверки выполняют следующие работы:

4.6.1.1 Поверяемые ареометры и вспомогательное стеклянное оборудование моют тёплой водой с использованием моющих средств, ополаскивают тёплой проточной, а затем дистиллиированной водой и протирают этиловым спиртом. Вымытые ареометры помещают в приспособления для сушки ареометров до полного их высыхания. Для сокращения времени высыхания допускается протирать ареометры полотенцем из хлопчатобумажной ткани типа мадаполам.

Вымытое вспомогательное стеклянное оборудование сушат на воздухе или в сушильном шкафу.

После промывки и сушки не касаются руками внутренних поверхностей стеклянного оборудования, а ареометры берут только за верхнюю, свободную от шкалы часть стержня.

4.6.1.2 В качестве поверочной жидкости используют этиловый ректифицированный спирт высшей очистки по ГОСТ 18300. Допускают использование водно-спиртового раствора с объемной долей спирта не ниже 90 %. Перед заливкой во внутренний цилиндр термостатной ванны поверочную жидкость фильтруют. Для предупреждения образования воздушных пузырьков на внутренней поверхности цилиндра при заливке поверочной жидкости, струю направляют не на дно цилиндра, а на боковую поверхность.

4.7 Проведение поверки

4.7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемых ареометров требованиям ГОСТ 18481. Результаты осмотра заносят в протокол поверки. Форма протокола поверки приведена в приложении Б.

4.7.2 Определение основной абсолютной погрешности.

Абсолютную погрешность определяют в трёх числовых отметках, расположенных в нижней, средней и верхней части шкалы ареометра. Определение абсолютной погрешности начинают с нижней отметки. У ареометров типа АОН-1 с диапазоном измерений 1780...1840 кг/м³ и типа АОН-2 с диапазоном измерений 1750...1840 кг/м³ нижняя отметка: 1830 кг/м³.

4.7.2.1 Определение плотности поверочной жидкости

Плотность поверочной жидкости определяют методом гидростатического взвешивания при помощи аттестованной меры плотности (далее – поплавок) из комплекта установки гидростатического взвешивания. Предварительно вымытый и высушенный поплавок крепят к нижнему подвесу весов и проводят его взвешивание в поверочной жидкости в соответствии с Руководством по эксплуатации установки гидростатического взвешивания. Результат взвешивания поплавка – показания весов $M_{пк}$ заносят в протокол поверки.

Плотность поверочной жидкости $\rho_{пж}$, кг/м³, вычисляют по формуле

$$\rho_{пж} = (M_{п} - (1 - e_b/8000)M_{пк})/V_{п}, \quad (1)$$

где $\rho_{пж}$ – плотность поверочной жидкости, кг/м³;

$M_{пк}$ – результат взвешивания поплавка в поверочной жидкости, кг;

e_b – плотность воздуха с учётом атмосферного давления и температуры, кг/м³ (приложение В);

$M_{\text{п}}$ и $V_{\text{п}}$ – масса и объём поплавка, определяемые из сертификата на поплавок, кг и м^3 соответственно;

8000 – условная плотность материала гирь, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Полученное значение плотности жидкости заносят в протокол поверки.

Примечания

1 В случае использования в составе установки электронных весов значение выражения $(1 - e_{\text{в}}/8000)$ принимают равным 1.

2 В процессе работы поплавок постоянно находится в поверочной жидкости. Его извлекают из цилиндра терmostатной ванны только для проведения профилактических работ, связанных с заменой поверочной жидкости.

4.7.2.2 Определение массы мениска, образующегося вокруг стержня поверяемого ареометра, при погружении его в поверочную жидкость и жидкость, в которой его применяют.

Для определения массы мениска штангенциркулем измеряют диаметр стержня ареометра на поверяемых отметках шкалы (d).

Массу мениска поверочной жидкости m , кг, вычисляют по формуле

$$m = (\pi d \sigma_{\text{пж}})/g, \quad (2)$$

где g – ускорение силы тяжести, $\text{м}/\text{с}^2$;

d – диаметр стержня ареометра на поверяемой отметке шкалы, м;

$\sigma_{\text{пж}}$ – коэффициент поверхностного натяжения поверочной жидкости, $\text{мН}/\text{м}$;

Массу мениска жидкости m , кг, в которой применяют ареометр, вычисляют по формуле

$$m = (\pi d \sigma_{\text{рж}})/g, \quad (3)$$

где $\sigma_{\text{рж}}$ – коэффициент поверхностного натяжения жидкости, в которой применяют ареометр, $\text{мН}/\text{м}$.

Примечание – Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей приведены в ГОСТ 8.428.

Полученные значения заносят в протокол поверки.

4.7.2.3 Взвешивание ареометра в воздухе

При помощи держателя из комплекта установки гидростатического взвешивания крепят ареометр к нижнему подвесу весов так, чтобы нижний конец ареометра был на 8 – 12 мм выше уровня поверочной жидкости. Проводят взвешивание и определяют массу ареометра в воздухе ($M_{\text{ав}}$). Все операции выполняют в соответствии с Руководством по эксплуатации установки гидростатического взвешивания. Полученные значения заносят в протокол поверки.

Примечание – При поверке ареометра с диапазоном измерений 650...850 $\text{кг}/\text{м}^3$ его взвешивают в воздухе вместе со специальным дополнительным грузом из комплекта установки гидростатического взвешивания. Дополнительный груз при этом закрепляют на подвесе так, чтобы он был погружен в поверочную жидкость на глубину, равную длине половины шкалы поверяемого ареометра.

4.7.2.4 Взвешивание ареометра в поверочной жидкости

Для взвешивания ареометра в поверочной жидкости ареометр с держателем опускают в поверочную жидкость так, чтобы уровень поверочной жидкости находился на 1 – 2 деления ниже поверяемой отметки шкалы, и крепят к нижнему подвесу весов. При помощи вытеснителя установки плавно поднимают уровень поверочной жидкости до поверяемой отметки шкалы ареометра. Все операции выполняют в соответствии с Руководством по эксплуатации установки гидростатического взвешивания. Уровень поверочной жидкости подводят так, чтобы на поверяемой отметке находился верхний край мениска для ареометров с надписью на шкале «Отсчёт по верхнему краю мениска» или нижний край мениска, если надпись на шкале ареометра отсутствует.

При отсчёте по верхнему краю мениска наблюдают место соприкосновения верхнего края мениска со стержнем ареометра. Для этого наблюдатель смотрит несколько выше поверхности поверочной жидкости. Луч зрения перпендикулярен к поверхности стержня и совпадает с плоскостью верхней кромки мениска. Наблюдают боковые, затемненные части мениска, так как по ним резче видны границы.

При отсчете по нижнему краю мениска глаза наблюдателя находятся ниже уровня поверочной жидкости настолько, чтобы видеть основание мениска в форме эллипса. Постепенно поднимая глаза, отмечают, как эллипс, суживаясь, обращается в прямую линию и проектируется на шкалу ареометра.

Линия соприкосновения поверочной жидкости со стержнем ареометра имеет форму окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. Отклонение линии от окружности свидетельствует о плохой подготовке ареометра к поверке или загрязнении поверочной жидкости. В таких случаях поверку не проводят, а повторяют подготовку ареометра в соответствии с 4.6, а поверочную жидкость фильтруют.

Примечание – При поверке ареометра с диапазоном измерений 650...850 кг/м³ на корпус ареометра навешивают тот же дополнительный груз, вместе с которым проведено взвешивание ареометра в воздухе.

Ареометр выдерживают в поверочной жидкости не менее трех минут для приобретения им температуры поверочной жидкости и снимают показания весов ($M_{ак}$).

Взвешивание ареометра проводят последовательно в трёх точках шкалы, соответствующих началу, середине и концу шкалы ареометра. Взвешивание начинают с нижней отметки шкалы. Полученные данные заносят в протокол поверки.

4.7.2.5 Вычисление действительного значения плотности на

проверяемой отметке шкалы

Действительное значения плотности на проверяемой отметке шкалы ρ_d , кг/м³ вычисляют по формуле

$$\rho_d = (((1 - e_b^a/8000) \cdot M_{ab} + m') / (1 - e_{jk}/8000) \cdot (M_{ab} - M_{ajk}) + m)) \times \\ \times (\rho_{pj} - e_{jk}) + 1,205, \quad (4)$$

где M_{ab} – масса ареометра в воздухе, кг;

e_b^a – плотность воздуха при взвешивании ареометра в воздухе, кг/м³;

e_{jk} – плотность воздуха при взвешивании ареометра в поверочной жидкости, кг/м³;

m – масса мениска, образующегося вокруг стержня ареометра на проверяемой отметке шкалы в поверочной жидкости, кг;

m' – масса мениска, образующегося вокруг стержня ареометра на проверяемой отметке шкалы для жидкости, в которой эксплуатируется ареометр, кг;

M_{ajk} – масса ареометра (показания весов) в поверочной жидкости, кг;

ρ_{pj} – значение плотности поверочной жидкости, кг/м³.

Примечание – В случае использования в составе установки электронных весов значения выражений $(1 - e_b^a/8000)$ и $(1 - e_{jk}/8000)$ принимают равными 1.

Результаты расчётов заносят в протокол поверки.

Примечание – При наличии программного обеспечения с аттестованным алгоритмом расчёта и возможностистыковки весов с персональным компьютером осуществляют автоматический расчёт результатов, распечатку протоколов поверки и регистрацию проверяемых ареометров в электронной форме.

4.8 Обработка результатов измерений

4.8.1 Основную абсолютную погрешность ареометра Δ_p , кг/м³, определяют по формуле

$$\Delta_p = \rho_i - \rho_{id}, \quad (5)$$

где Δ_p – основная абсолютная погрешность ареометра, кг/м³;

ρ_i – значение плотности, соответствующее значению проверяемой (оцифрованной) отметке шкалы ареометра, кг/м³;

ρ_{id} – действительное значение плотности на проверяемой отметке шкалы ареометра, кг/м³.

4.8.2 Основная абсолютная погрешность во всех проверяемых отметках шкалы: не более значений, указанных в ГОСТ 18481 для ареометров данного типа.

4.8.3 Для ареометров АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т и АСП-4, шкалы которых соответствуют объемной концентрации спирта, зависимость плотности водно-спиртовых растворов от концентрации спирта, в объемных долях, приведена в приложении В.

4.8.4 Для ареометров АЭГ, шкалы которых соответствуют объёмной концентрации этиленгликоля, зависимость плотности

водных растворов этиленгликоля от концентрации этиленгликоля в объёмных долях приведена в приложении Г.

4.8.5 Для ареометров АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2 и АС-3, шкалы которых соответствуют массовой концентрации сахара, зависимость плотности водных растворов сахара от концентрации сахара в массовых долях приведена в приложении Д.

4.9 Оформление результатов поверки

4.9.1 Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении Б.

4.9.2 При положительных результатах поверки на ареометр выдают свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

4.9.3 Ареометры, не удовлетворяющие требованиям настоящих рекомендаций, к эксплуатации не допускают, а свидетельство о предыдущей поверке аннулируют. На них оформляют свидетельство о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006.

5 Поверка ареометров непосредственным сличением показаний поверяемого и эталонного ареометров

5.1 Операции поверки

5.1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:

- внешний осмотр (5.7.1);
- определение основной абсолютной погрешности (5.7.2).

5.2 Средства поверки

5.2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

5.2.1.1 Наборы эталонных ареометров, указанные в таблице 1.
Таблица 1 – Наборы эталонных ареометров и их метрологические характеристики

Но- мер пунк- та	Наименование набора эталонных ареометров, метрологические характеристики	Наименование поверочной жидкости	Тип поверяемых рабочих ареометров
1	Набор эталонных ареометров для морской воды 1-го разряда, диапазон измерений: 1000...1040 единиц относительной плотности, цена деления: 0,0001, абсолютная погрешность: не более $3 \cdot 10^{-5}$ единиц относительной плотности	Серно-винаные растворы	Ареометры для морской воды

Но- мер пунк- та	Наименование набора эталонных ареометров, метрологические характеристики	Наименова- ние пове- рочной жид- кости	Тип поверяемых рабочих ареомет- ров
2	Набор эталонных ареометров АК 1-го разряда, диапазон измерений: 1560...1620 кг/м ³ , цена деления: 0,2 кг/м ³ , абсолютная погрешность: не более 0,1 кг/м ³	Серно-водные растворы	Ареометры для кислот АК
3	Набор эталонных ареометров общего назначения 1-го разряда, диапазон измерений: 650...1840 кг/м ³ , цена деления: 0,5 кг/м ³ , абсолютная погрешность: не более 0,1 кг/м ³	Смеси петролейного эфира и бензола Водно-спиртовые растворы Серновинные растворы Серновинные растворы Смеси петролейного эфира и бензола Водно-спиртовые растворы Серновинные растворы	Ареометры для нефти АНТ-1 и АН с диапазоном измерений от 650 до 750 кг/м ³ включительно Свыше 750 до 850 кг/м ³ включительно Свыше 850 до 950 кг/м ³ включительно Свыше 950 до 1070 кг/м ³ включительно Ареометры для молока АМ, АМТ Ареометры общего назначения АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4 с диапазоном измерений от 650 до 730 кг/м ³ включительно Свыше 730 до 850 кг/м ³ включительно Свыше 850 до 950 кг/м ³ включительно

Продолжение таблицы 1

Но- мер пунк- та	Наименование набора эталонных ареометров, метрологические характеристики	Наименова- ние пове- рочной жид- кости	Тип поверяемых рабочих ареомет- ров
	<p>Серно-водные растворы</p> <p>Рас- творы Туле</p> <p>Смеси петролейного эфира и бензола</p> <p>Водно-спиртовые растворы</p> <p>Серно-винные растворы</p> <p>Серно-водные растворы</p> <p>То же</p> <p>Серно-винные растворы</p> <p>Серно-водные растворы</p> <p>То же</p>	<p>Серно-водные растворы</p> <p>Смеси петролейного эфира и бензола</p> <p>Водно-спиртовые растворы</p> <p>Серно-винные растворы</p> <p>Серно-водные растворы</p> <p>То же</p> <p>Серно-винные растворы</p> <p>Серно-водные растворы</p> <p>То же</p>	<p>Свыше 950 до 1000 кг/м³ включительно</p> <p>Свыше 1000 до 1840 кг/м³ включительно</p> <p>Ареометры для нефти АНТ-2 с диапазоном измерений от 670 до 750 кг/м³ включительно</p> <p>Свыше 750 до 850 кг/м³ включительно</p> <p>Свыше 850 до 950 кг/м³ включительно</p> <p>Свыше 950 до 1070 кг/м³ включительно</p> <p>Ареометры для урины АУ</p> <p>Ареометры для электролита</p> <p>Ареометры для грунта АГ с диапазоном измерений от 995 до 1000 кг/м³ включительно</p> <p>Свыше 1000 до 1030 кг/м³ включительно</p> <p>Ареометры-гидрометры АЭГ</p>

Но- мер пунк- та	Наименование набора эталонных ареометров, метрологические характеристики	Наименова- ние пове- рочной жид- кости	Тип поверяемых рабочих ареомет- ров
4	Набор эталонных стеклянных ареометров для спирта 1-го разряда, диапазон измерений объемной доли спирта: 0 ...100 %, цена деления: 0,1 %, абсолютная погрешность: не более 0,02 %	Водно-спиртовые растворы Смеси бензола и петролейного эфира	Ареометры для спирта АСП-1, АСП-2, АСП-Т и АСП-З с диапазоном измерений объемной доли спирта от 0 до 96 % включительно Свыше 96 до 105 % включительно
5	Набор эталонных сахарометров 1-го разряда, диапазон измерений массовой доли сахара: 0...90 %, цена деления: 0,1 %, абсолютная погрешность: не более 0,03 %	Серно-водные растворы	Ареометры-сахаромеры АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3

5.2.1.2 Термостаты, обеспечивающие стабильность поддержания заданной температуры не более 0,1 °C, или термостатируемое помещение с кондиционером типа БК.

5.2.1.3 Вспомогательные средства и материалы:

- рабочие ареометры всех типов по ГОСТ 18481;
- стеклянные цилиндры исполнения 1 диаметром 120 мм и высотой 520 мм по ГОСТ 18481;
- измерительные цилиндры вместимостью 500, 1000 и 2000 мл по ГОСТ 1770;
- цилиндр специальный, диаметром 140...170 мм и высотой не более 500 мм;
- стеклянные мензурки вместимостью 250 мл по ГОСТ 1770;
- фарфоровые стаканы №7 и №8 номинальной вместимостью 1000 и 2000 мл по ГОСТ 9147;
- воронки стеклянные типа В-150 ХС по ГОСТ 25336;
- воронки фильтрующие типа ВФ-1 ПОР 160 ТХС по ГОСТ 25336;
- стеклянные бутыли вместимостью 10000 см³ (10 л) с притертыми пробками;
- стеклянные сифоны в соответствии с приложением Е;

- стеклянные мешалки в соответствии с приложением Ж;
- приспособления с гнездами для сушки ареометров в соответствии с приложением А;
- хлопчатобумажные ткани миткалевой группы по ГОСТ 29298;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026;
- капельницы исполнения 2-50 ХС ГОСТ 25336;
- лупа типа ЛП с увеличением 2,5^X по ГОСТ 25706;
- дистиллятор типа АСД-4 или ДЭ-4;
- механический секундомер типа СОПра группы 6_a класса точности 2,0;
- жидкостной стеклянный термометр типа В по ГОСТ 28498 класса точности 1,0 с диапазоном измерений 0 °C...100 °C и ценой деления 0,1 °C для контроля температуры жидкости;
- жидкостной стеклянный термометр типа А по ГОСТ 28498, класса точности 1,0 с ценой деления 1 °C и диапазоном измерений 0 °C...100 °C для контроля температуры воздуха;
- линейка 500 по ГОСТ 427;
- штангенциркуль ШЦ-2-250-0,05 или ШЦ-3-250-0,05 по ГОСТ 166.

5.2.1.4 Промывочные жидкости

- этиловый спирт высшего или первого сорта по ГОСТ 18300;
- синтетические моющие средства или мыло хозяйственное твердое по ГОСТ 790.

5.2.1.5 Исходные вещества для приготовления поверочных жидкостей:

- этиловый спирт высшего или первого сорта по ГОСТ 18300;
- дистilledированная вода однократной перегонки по ГОСТ 6709;
- петролейный эфир марки 40-70;
- бензол по ГОСТ 5955;
- серная кислота х.ч. по ГОСТ 4204;
- раствор Туле.

5.2.2 Допускается применять другие или вновь разработанные средства поверки, удовлетворяющие по метрологическим характеристикам 5.2.1 настоящих рекомендаций, прошедшие испытания для целей утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009 и имеющие действующие свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

5.3 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителя, изучивших эксплуатационную документацию на поверяемые типы ареометров и средств их поверки и настоящие рекомендации и прошедших инструктаж по технике безопасности.

5.4 Требования безопасности

5.4.1 При проведении поверки соблюдаются следующие требования безопасности: помещения для проведения поверки ареометров по пожарной опасности (их относят к категории В) соответствуют требованиям «Правил пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденных Главным управлением пожарной охраны МВД РФ.

Помещения, в которых проводят работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оборудованы установками пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009. В этих помещениях не применяют открытый огонь.

Пожароопасные характеристики легковоспламеняющихся и горючих веществ, применяемых при поверке, приведены в приложении И.

Помещения по степени опасности поражения людей электрическим током относят к классу помещений без повышенной опасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации установок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором; по устройству установок – к классу В-1б в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденных Госэнергонадзором.

5.4.2 Воздух рабочей зоны в помещениях для поверки по общим санитарно-гигиеническим нормам соответствуют требованиям ГОСТ 12.1.005.

Основные характеристики вредных веществ, применяемых при поверке, приведены в приложении К.

Помещения для поверки оснащены общеобменной приточной и вытяжной вентиляцией и вытяжными шкафами.

5.4.3 При обращении с вредными, легковоспламеняющимися и горючими веществами соблюдают санитарные правила и инструкции, утвержденные Минздравом РФ, Главным управлением пожарной охраны МВД РФ, и применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.102, ГОСТ 12.4.131.

5.5 Условия поверки

При проведении поверки соблюдаются следующие условия:

- температура воздуха в помещении, где проводят поверку: $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ ($(17,5 \pm 2) ^\circ\text{C}$ – при поверке ареометров для морской воды);
 - отличие температуры поверочной жидкости в цилиндре от температуры воздуха в помещении: не более $2 ^\circ\text{C}$;
 - нестабильность температуры поверочной жидкости при поверке на данной отметке шкалы: не более $1 ^\circ\text{C}$;

- освещенность рабочего места поверителя: не менее 300 лк.

5.6 Подготовка к поверке

5.6.1 Перед проведением поверки выполняют следующие работы:

5.6.1.1 Промывка и сушка

Эталонные и поверяемые ареометры и все стеклянное оборудование перед поверкой моют любыми моющими средствами по 5.2.1.4, после чего промывают проточной водой, ополаскивают дистиллированной водой и протирают этиловым спиртом. Сушат ареометры в приспособлении с гнездами (приложение А).

Допускается протирать ареометры хлопчатобумажной тканью. Перед погружением в поверочную жидкость эталонные и поверяемые ареометры сухие и чистые. После подготовки ареометров к поверке при погружении в поверочную жидкость их берут за верхний, свободный от шкалы конец стержня. Стеклянный цилиндр перед заполнением предварительно ополаскивают поверочной жидкостью.

5.6.1.2 Приготовление поверочной жидкости

5.6.1.2.1 Для поверки ареометров применяют жидкости следующих групп:

- петролейный эфир;
- бензол;
- смеси петролейного эфира и бензола;
- серно-винные растворы (растворы серной кислоты и 85 %-го этилового спирта);
- серно-водные растворы (растворы серной кислоты и дистиллированной воды);
- водно-спиртовые растворы (растворы этилового спирта в дистиллированной воде);
- растворы Туле (растворы двуводистой ртути и йодистого калия в дистиллированной воде).

5.6.1.2.2 Поверочные жидкости приготавливают из исходных веществ п. 5.2.1.5, из двух одноименных растворов или смесей большей или меньшей плотности или концентрации или смешиванием готовых растворов с одной из исходных жидкостей.

5.6.1.2.3 Для составления растворов (смесей) требуемой плотности предварительно рассчитывают примерные объемы смешиваемых компонентов. Для этого вычисляют разности плотностей между каждой из них и плотностью требуемого раствора. Объемы исходных жидкостей, взятых для составления поверочной смеси (раствора), обратно пропорциональны этим разностям.

Примечание – Примеры расчета объемов для составления поверочных жидкостей приведены в приложении Л.

5.6.1.2.4 Для составления водно-спиртовых растворов с объ-

емной долей спирта q , в процентах, из двух водно-спиртовых растворов q_1 и q_2 вначале переводят объемные доли спирта q , q_1 и q_2 , в процентах, в массовые доли P , P_1 , P_2 , в процентах, и берут массовые количества m_1 и m_2 , г, исходных растворов концентраций q_1 и q_2 в отношении

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{P - P_2}{P_1 - P} \quad (6)$$

или объемы V_1 и V_2 тех же исходных растворов, кг/м³, в отношении

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P - P_2}{P_1 - P} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1}, \quad (7)$$

где ρ_1 и ρ_2 – соответственно плотности водно-спиртовых растворов с объемной долей спирта q_1 и q_2 , в процентах, или массовой долей спирта P_1 и P_2 , в процентах.

Зависимость плотности водно-спиртовых растворов от концентрации спирта в объемных долях при температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении приведена в приложении В.

Зависимость концентрации спирта в объемных долях от концентрации спирта в массовых долях при температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении приведена в приложении М, а обратная зависимость – в приложении Н.

5.6.1.2.5 При расчете объемов для составления водно-спиртовых растворов из дистиллированной воды и этилового спирта дистиллиированную воду принимают за водно-спиртовой раствор с нулевой концентрацией. Расчет выполняют по Л.2 приложения Л.

5.6.1.2.6 Для приготовления серно-винных растворов предварительно составляют водно-спиртовой раствор с объемной долей спирта 85 %, а затем смешивают его с химически чистой серной кислотой.

5.6.1.2.7 При составлении серно-водных растворов для поверки ареометров-сахаромеров и гидрометров предварительно определяют плотность требуемых растворов при 20 °С (приложение Д), которая соответствует концентрации сахара, и концентрацию этиленгликоля в растворе в объемных долях на поверяемой отметке (приложение Г). Расчет объемов серной кислоты и дистиллированной воды выполняют по Л.4 приложения Л.

5.6.1.2.8 Растворы двуиодистой ртути и йодистого калия (растворы Туле) приготавливают в жаростойкой посуде. Предварительно растворяют двуиодистую ртуть в растворе йодистого калия и дистиллированной воды (навеска – 620 г двуиодистой ртути и 500 г йодистого калия в 180 г дистиллированной воде). Растворение проводят при легком нагревании в вытяжном шкафу под тягой до полного растворения компонентов. После этого раствор фильтруют. В случае

неправильно взятой навески и выпадения красной соли ртути в раствор добавляют немного йодистого калия и тщательно перемешивают стеклянной палочкой. Из приготовленного раствора, плотность которого составляет около $3190 \text{ кг}/\text{м}^3$, и дистиллированной воды составляют растворы требуемой плотности, предварительно рассчитав примерные объемы смешиваемых жидкостей по Л.5 приложения Л.

5.6.1.2.9 При составлении поверочных жидкостей расчет объемных частей смешиваемых компонентов допускается определять приближенно. Полученные значения округляют до второго десятичного знака.

5.6.1.2.10 Исходные жидкости отмеряют измерительными цилиндрами и мензурками, сливают их во вспомогательный чистый цилиндр и тщательно перемешивают. При приготовлении серновинных и серно-водных растворов добавляют к воде или спирту небольшими порциями серную кислоту, избегая сильного разогревания раствора. После приготовления поверочные жидкости фильтруют через фильтр с пористой пластинкой и предварительно измеряют плотность рабочим ареометром типа АОН-1.

Очищенные поверочные жидкости не содержат воздушных пузырей и однородны по составу.

Поверочные жидкости, приготовленные заранее и хранящиеся вне помещения, переносят в помещение, где проводят поверку, не позднее чем за 2 ч до поверки.

Смеси серной кислоты и этилового спирта применяют не раньше чем через 14 дней после их приготовления.

Поверочные жидкости хранят в темных помещениях.

5.6.1.2.11 Термостатирование поверочных жидкостей и доведение плотности до значения, соответствующего отметке шкалы поверяемого ареометра

Плотность поверочной жидкости измеряют рабочим ареометром соответствующего типа при температуре, указанной на его шкале. Температуру поддерживают термостатом установки или работы выполняют в термостатируемом помещении. Плотность поверочной жидкости доводят до значения, при котором сличают показания эталонного и поверяемого ареометра, добавляя пипеткой в цилиндр одну из исходных жидкостей. Показания доводят до числовой отметки шкалы плотности вспомогательного рабочего ареометра с отклонением, не превышающим одного деления шкалы.

Уровень поверочной жидкости, налитой в цилиндр, должен быть на 3 – 5 см ниже края цилиндра. Поверочную жидкость перед погружением в нее ареометра тщательно перемешивают стеклянной мешалкой движением вверх и вниз, наблюдая, чтобы в жидкость не попал воздух. Для полного перемешивания достаточно 5 – 7 двой-

ных движений мешалкой.

5.7 Проведение поверки

5.7.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие поверяемых ареометров требованиям ГОСТ 18481.

5.7.2 Определение основной абсолютной погрешности

5.7.2.1 Основную абсолютную погрешность ареометра определяют сличением показаний поверяемого ареометра с показаниями эталонного, погружая их в одну и ту же поверочную жидкость. Типы эталонных ареометров и поверочные жидкости выбирают в соответствии с 5.2.1.1.

5.7.2.2 Ареометры проверяют в трех числовых отметках, расположенных в нижней, средней и верхней части шкалы. Проверку начинают с нижней отметки. Сличение показаний поверяемого ареометра с эталонным на каждой из выбранных отметок проводят не менее двух раз.

У ареометров типа АОН-1 с пределами измерений 1780...1840 кг/м³ и типа АОН-2 с пределами измерений 1750...1840 кг/м³ нижняя отметка: 1830 кг/м³.

Допускается проверять одновременно несколько однотипных ареометров. При этом следует применять цилиндр, внутренний диаметр которого не менее 170 мм и высота не менее 500 мм. В цилиндр, заполненный поверочной жидкостью, последовательно один за другим погружают поверяемые ареометры (не более пяти ареометров), предварительно подготовленные по 5.6.1.1. Последним погружают эталонный ареометр.

5.7.2.3 Поверяемый ареометр погружают до тех пор, пока до проверяемой числовой отметки не останется 3 – 4 мм. Затем ареометру дают возможность свободно плавать. Показания снимают через лупу после того, как ареометр прекратит колебания вдоль своей оси. Если ареометр будет погружен более, чем указано, его извлекают из раствора и снова готовят к поверке, а затем повторно погружают в поверочную жидкость. Если ареометр при погружении не колеблется вдоль своей оси, его необходимо приподнять на 3 – 4 см и снова опустить.

Ареометры не касаются друг друга и стенок цилиндра. Для исключения касания используют металлический крючок.

5.7.2.4 Показания с рабочих ареометров снимают по верхнему краю мениска, если на шкале или на полоске, вложенной внутрь корпуса, имеется надпись «Отсчет по верхнему краю мениска», или по нижнему, если надпись о форме отсчета отсутствует. Показания снимают через 3 мин после погружения ареометра в поверочную жидкость.

5.7.2.5 Показания с эталонных ареометров всех типов снимают по нижнему краю мениска через 5 мин после их погружения в поверочную жидкость. При этом глаза поверителя находятся ниже уровня поверочной жидкости настолько, чтобы видеть основание мениска в форме эллипса. Постепенно поднимая глаза, отмечают, как эллипс, суживаясь, обращается в прямую линию, проектирующуюся на шкалу эталонного ареометра.

5.7.2.6 При отсчитывании по верхнему краю мениска наблюдают место соприкосновения верхнего края мениска со стержнем ареометра. Для этого поверитель смотрит несколько выше поверхности жидкости. Луч зрения перпендикулярен к поверхности стержня и совпадает с плоскостью верхней кромки мениска. Наблюдают боковые, затемненные части мениска, так как по ним резче видны границы.

5.7.2.7 Линия соприкосновения поверочной жидкости со стержнем ареометра имеет форму окружности, лежащей в горизонтальной плоскости. Отклонение линии от окружности свидетельствует о плохой подготовке ареометра к поверке или загрязнении поверхности поверочной жидкости. В таких случаях поверку не проводят, а повторяют подготовку ареометра, как указано в 5.6, а поверочную жидкость фильтруют.

5.7.2.8 Если при снятии показаний наблюдаемая линия мениска (его нижний или верхний край) совпадает с одним из штрихов шкалы, то его показание соответствует значению этого штриха. В том случае, если эта линия лежит между двумя штрихами, то видимую часть деления отсчитывают визуально в десятых долях наименьшего деления шкалы по сравнению с соседними и выражают в долях единицы измерений шкалы плотностей (концентраций).

У ареометров, показания которых возрастают сверху вниз, показание при отсчете по верхнему краю мениска прибавляют к значению, соответствующему ближайшему видимому над мениском штриху, а при отсчете по нижнему краю – отнимают от значения, соответствующего ближайшему видимому штриху под мениском.

5.7.2.9 Ось поверяемого ареометра, плавающего в поверочной жидкости, перпендикулярна к ее свободной поверхности. Отклонение от перпендикулярности, проверенное на отметке, расположенной в нижней части шкалы: не более 0,1 цены деления шкалы при отсчетах по концам отметки по отношению к уровню жидкости.

5.7.2.10 После проверки ареометров на первой отметке их промывают в проточной воде, протирают спиртом и сушат на воздухе, после чего приступают к проверке на следующей отметке.

Ареометры, проверяемые в водно-спиртовом растворе с объемной долей спирта не ниже 70 %, сушат на воздухе и проверяют на

следующей отметке.

5.7.2.11 При извлечении поверяемого ареометра из поверочной жидкости эталонный ареометр приподнимают на 5 – 6 см так, чтобы колеблющийся уровень жидкости не смочил сухую часть стержня. В случае продолжения поверочных работ поверочную жидкость тщательно перемешивают, эталонный ареометр прижимают к стенке цилиндра, не извлекая его из жидкости.

5.8 Обработка результатов измерений

5.8.1 Определение абсолютной погрешности ареометров для морской воды, ареометров для молока

Проверку ареометров для морской воды и для молока проводят сличением с эталонными ареометрами в поверочных жидкостях, приведенных в 5.2.1.1.

К показаниям поверяемого ареометра прибавляют поправку на капиллярность $\Delta\rho_k$, вычисляемую по формуле

$$\Delta\rho_k = \frac{(a_2 - a_1)Knd\rho^2}{M}, \quad (8)$$

где a_1 – капиллярная постоянная жидкости, для которой предназначен ареометр (молоко, морская вода), m^2 (приложение П);

a_2 – капиллярная постоянная серно-винного раствора, m^2 , по Л.3 приложения Л;

K – коэффициент, равный $10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$ (единиц относительной плотности) для ареометров АМВ и единице для ареометров АМ;

ρ – отсчет по поверяемому ареометру в относительных единицах плотности (учитывают с погрешностью не более 0,01 единиц относительной плотности) или в $\text{кг}/\text{м}^3$ для ареометров для молока;

d – диаметр стержня поверяемого ареометра, м (измеряют с погрешностью не более $1 \cdot 10^{-4}$ м в месте отсчета показания);

M – масса поверяемого ареометра, кг (определяют с погрешностью не более $5 \cdot 10^{-4}$ кг).

Абсолютную погрешность ареометра на проверяемой отметке $\Delta\rho_0$ вычисляют по формуле

$$\Delta\rho_0 = \rho_p - \rho_0, \quad (9)$$

где ρ_p – показание поверяемого ареометра с учетом поправки на капиллярность, $\text{кг}/\text{м}^3$ (единица относительной плотности);

ρ_0 – показание эталонного ареометра с учетом поправки по свидетельству аттестации, $\text{кг}/\text{м}^3$ (единица относительной плотности).

Абсолютные погрешности проверяемых отметок шкалы: не более значений, указанных в ГОСТ 18481.

5.8.2 Определение абсолютной погрешности ареометров общего назначения, ареометров для нефти, ареометров для урины, ареометров для электролита, ареометров для кислот, ареометров для

спирта, ареометров-сахаромеров, ареометров для грунта, гидрометров

Проверку вышеуказанных ареометров проводят непосредственным сличением с эталонными ареометрами в поверочных жидкостях, приведенных в 5.2.1.1.

Погрешность показаний поверяемого ареометра на поверяемой отметке принимают разность показаний поверяемого ареометра и исправленным по свидетельству аттестации показанием эталонного ареометра. Абсолютную погрешность поверяемого ареометра вычисляют по формуле

$$\Delta\rho_0 = \rho_p - \rho_0. \quad (10)$$

Абсолютные погрешности ареометра: не более значений, указанных в ГОСТ 18481.

5.9 Оформление результатов поверки

5.9.1 Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении Р.

5.9.2. При положительных результатах поверки на ареометр выдают свидетельство о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

5.9.3 Ареометры, не удовлетворяющие требованиям настоящих рекомендаций, к эксплуатации не допускают, а свидетельство о предыдущей поверке аннулируют. На них оформляют свидетельство о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006.

И.о начальника отдела ВНИИМС

Л.Б. Чернышева

Исполнитель

А.Ю. Томилин

Приложение А
(справочное)

Приспособление с гнездами для сушки ареометров




Рисунок А.1 – Приспособление с гнездами для сушки ареометров

Приложение Б
(справочное)

**Форма протокола поверки ареометра методом
гидростатического взвешивания**

Протокол поверки

Тип прибора _____

Диапазон измерений плотности _____

Принадлежит _____

Место проведения поверки _____

Атмосферное давление, мм рт.ст. _____

Температура воздуха, °С _____

Влажность воздуха, в процентах _____

Масса поплавка в жидкости, кг _____

Плотность поверочной жидкости, кг/м³ _____

Проверяемая отметка шкалы, кг/м ³	Показания весов на проверяемых отметках шкалы, кг	Показания весов (арео- метр в воз- духе), кг	Диаметр стержня ареометра, мм	Абсолютная погрешность на проверяе- мой отметке шкалы, кг/м ³

Выводы:

Дата: 200 г.

Поверитель

подпись

И.О. Фамилия

Приложение В
(справочное)

**Зависимость плотности водно-спиртовых растворов от
 концентрации спирта в объемных долях при 20 °С и
 нормальном атмосферном давлении**

Таблица В.1 – Зависимость плотности водно-спиртовых растворов ρ , кг/м³, от концентрации спирта в объемных долях q , в процентах, при температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении

$q, \%$	$\rho_{20}, \text{кг}/\text{м}^3$						
0	998,2	26	967,0	52	926,2	78	864,8
1	996,7	27	965,8	53	924,2	79	862,0
2	995,3	28	964,6	54	922,1	80	859,3
3	993,8	29	963,4	55	920,0	81	856,5
4	992,4	30	962,2	56	917,9	82	853,7
5	991,0	31	961,0	57	915,7	83	850,8
6	989,7	32	959,7	58	913,6	84	847,9
7	988,4	33	958,4	59	911,4	85	844,9
8	987,2	34	957,0	60	909,1	86	841,9
9	985,9	35	955,6	61	906,9	87	838,9
10	984,7	36	954,2	62	904,6	88	835,7
11	983,6	37	952,7	63	902,3	89	832,5
12	982,4	38	951,2	64	900,0	90	829,2
13	981,2	39	949,6	65	897,6	91	825,9
14	980,0	40	948,0	66	895,2	92	822,4
15	978,9	41	946,4	67	892,8	93	818,9
16	977,8	42	944,8	68	890,4	94	815,2
17	976,8	43	943,1	69	888,0	95	811,4
18	975,9	44	941,3	70	885,5	96	807,5
19	974,6	45	939,5	71	883,0	97	803,3
20	973,6	46	937,7	72	880,5	98	799,0
21	972,5	47	935,9	73	877,9	99	794,2
22	971,4	48	934,0	74	875,4	100	789,2
23	970,3	49	932,1	75	872,8		
24	969,2	50	930,2	76	870,1		
25	968,1	51	928,2	77	867,5		

Приложение Г
(справочное)

**Зависимость плотности водных растворов этиленгликоля от
 концентрации этиленгликоля в объемных долях при 20 °C и
 нормальном атмосферном давлении**

Таблица Г.1 – Зависимость плотности ρ , кг/м³, водных растворов этиленгликоля от концентрации этиленгликоля в объемных долях q , в процентах, при температуре 20 °C и нормальном атмосферном давлении

ρ , кг/м ³	q , %
1026	20
1040	30
1054	40
1066	50
1070	53
1078	60
1085	66
1089	70
1098	80
1106	90
1113	100

Приложение Д
(справочное)

**Зависимость плотности водных растворов сахара от
 концентрации сахара в массовых долях при 20 °C и нормальном
 атмосферном давлении**

Таблица Д.1 – Зависимость плотности ρ , кг/м³, водных растворов сахара от концентрации сахара в массовых долях P , в процентах, при температуре 20 °C и нормальном атмосферном давлении

$P, \%$	$\rho_{20}, \text{кг}/\text{м}^3$						
0	998,2	26	1108,2	52	1240,6	78	1398,5
1	1002,1	27	1112,8	53	1246,2	79	1405,1
2	1006,0	28	1117,5	54	1251,8	80	1411,7
3	1009,9	29	1122,2	55	1257,5	81	1418,3
4	1013,8	30	1127,0	56	1263,2	82	1425,0
5	1017,8	31	1131,7	57	1269,0	83	1431,8
6	1021,8	32	1136,6	58	1274,7	84	1438,5
7	1025,9	33	1141,4	59	1280,6	85	1443,4
8	1029,9	34	1146,3	60	1286,4	86	1452,2
9	1034,0	35	1151,2	61	1292,3	87	1459,1
10	1038,1	36	1156,2	62	1298,3	88	1466,0
11	1042,3	37	1161,2	63	1304,2	89	1473,0
12	1046,5	38	1166,2	64	1310,2	90	1480,0
13	1050,6	39	1171,3	65	1316,3	91	1487,0
14	1054,9	40	1176,4	66	1322,4	92	1494,0
15	1059,1	41	1181,6	67	1328,5	93	1501,1
16	1063,4	42	1186,7	68	1334,7	94	1508,3
17	1067,8	43	1192,0	69	1340,9	95	1515,4
18	1072,1	44	1197,2	70	1347,1	96	1522,6
19	1076,5	45	1202,5	71	1353,4	97	1529,9
20	1080,9	46	1207,8	72	1359,7	98	1537,1
21	1085,4	47	1213,2	73	1366,1	99	1544,4
22	1089,9	48	1218,6	74	1372,5	100	1551,8
23	1094,4	49	1224,1	75	1378,9		
24	1098,9	50	1229,5	76	1385,4		
25	1103,5	51	1235,1	77	1391,9		

Приложение Е
(справочное)

Чертеж стеклянного сифона




Рисунок Е.1 – Стеклянный сифон

Приложение Ж
(справочное)

Чертеж стеклянной мешалки




Рисунок Ж.1 – Стеклянная мешалка

Приложение И
(справочное)

Пожароопасные характеристики легковоспламеняющихся и горючих веществ, применяемых при поверке

Таблица И.1 – Пожароопасные характеристики веществ, применяемых при поверке

Наименование вещества	Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность	Температура вспышки, °C	Область воспламенения				Температура самовоспламенения, °C	
			Концентрационная		Температурная			
			Нижний предел, % объем	Верхний предел, % объем	Нижний предел, °C	Верхний предел, °C		
Петролейный эфир	ЛВЖ	–	–	–	246	252	280...329	
Этиловый спирт	ЛВЖ	не менее 13	3,6	19	11	41	не менее 404	
Бензол	ЛВЖ	11	7,1	7,4	–	–	534	

Приложение К
(справочное)

Основные характеристики вредных веществ, применяемых при поверке

Таблица К.1 – Основные характеристики вредных веществ, применяемых при поверке

Наименование исходного вещества для приготовления поверочных жидкостей	Агрегатное состояние	Класс опасности	Предельно допускаемая концентрация, мг/м ³	Действие на организм человека
Этиловый спирт	п	4	1000	Оказывает легкое наркотическое действие
Петролейный эфир	п	4	300	Оказывает наркотическое действие, раздражает кожу, вызывает дерматит
Серная кислота	а	2	1	Вызывает ожоги слизистых оболочек кожи
Бензол*	п	2	5	Оказывает сильное наркотическое действие, вызывает сухость кожи, зуд. Опасно при поступлении через кожу
Раствор Туле	а + п	1	0,01	Ядовитое соединение, может вызвать отравление организма

Примечание – Буквы, обозначающие агрегатное состояние веществ в условиях поверки, означают:
 п – пары или газы;
 а – аэрозоли.

Приложение Л (справочное)

Примеры расчета объемов смешиаемых компонентов для составления поверочных жидкостей

Л.1 Расчет объемов смешиаемых компонентов для составления смеси петролейного эфира и бензола

Л.1.1 Исходные данные

Плотность петролейного эфира ρ_1 : 650 кг/м³;

Плотность бензола ρ_2 : 878 кг/м³.

Заданная плотность поверочной смеси ρ : 770 кг/м³.

Л.1.2 Объемы (в частях) эфира V_1 и бензола V_2 вычисляют из соотношения

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho} = \frac{770 - 650}{878 - 770} = \frac{120}{108} \approx \frac{1,1}{1}.$$

Следовательно, для получения поверочной смеси заданной плотности на 1,1 часть бензола берут одну объемную часть эфира.

Л.2 Расчет объемов смешиаемых компонентов для составления водно-спиртовых растворов

Л.2.1 Исходные данные

Плотность дистиллированной воды ρ_1 : 998,2 кг/м³; объемная доля этилового спирта q_2 в водно-спиртовом растворе: 96 %.

Заданная объемная доля спирта q в водно-спиртовом растворе: 85 %.

Л.2.2 Объемные доли спирта переводят в массовые. Дистиллированную воду принимают за водно-спиртовой раствор с нулевой концентрацией (объемная доля q_1 : 0 %, соответствующая массовой доле P_1 : 0 %).

Из приложения М находят, что объемная доля 85,0 % соответствует массовой доле 79,40 %, а объемная доля 96,0 % – массовой доле.

Объемы (в частях) воды V_1 и спирта V_2 вычисляют из соотношения

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P - P_2}{P_1 - P} \cdot \frac{\rho_2}{\rho_1},$$

где ρ_1 и ρ_2 – соответственно плотности водно-спиртовых растворов концентрации q_1 и q_2 или P_1 и P_2 (находят из приложения В).

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{79,40 - 93,84}{0,00 - 79,40} \cdot \frac{807,5}{998,2} \approx \frac{1}{7}.$$

Следовательно, для получения водно-спиртового раствора с заданной объемной долей спирта берут одну объемную часть дис-

тилированной воды и семь объемных частей этилового спирта.

Л.3 Расчет объемов смешиваемых компонентов для составления серно-винных растворов

Л.3.1 Исходные данные

Заданная плотность водно-спиртового раствора ρ_2 с объемной долей спирта 85 %: 844,9 кг/м³ (находят из приложения В); плотность серной кислоты ρ_1 : 1840,0 кг/м³.

Заданная плотность серно-винного раствора ρ : 1000 кг/м³.

Л.3.2 Объемы (в частях) спирта и серной кислоты вычисляют из соотношения

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho - \rho_2}{\rho_1 - \rho} = \frac{1000 - 844,9}{1840 - 1000} \approx \frac{1}{5}.$$

Следовательно, для получения серно-винного раствора заданной плотности берут одну часть серной кислоты и пять частей этилового спирта.

Л.4 Расчет объемов смешиваемых компонентов для составления серно-водных растворов

Л.4.1 Исходные данные

Плотность серной кислоты ρ_2 : 1840 кг/м³, плотность дистиллированной воды ρ_1 : 998,2 кг/м³.

Заданная плотность серно-водного раствора ρ , соответствующая массовой доле сахара 30 %: 1127,0 кг/м³ (находят из приложения Д).

Л.4.2 Объемы (в частях) воды и серной кислоты вычисляют аналогично Л.1.2.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\rho - \rho_1}{\rho_2 - \rho} = \frac{1127 - 998,2}{1840 - 1127} \approx \frac{1}{5,5}.$$

Следовательно, для получения серно-водного раствора заданной плотности берут одну часть серной кислоты и 5,5 частей дистиллированной воды.

Л.5 Расчет объемов смешиваемых компонентов для составления раствора Туле

Л.5.1 Исходные данные

Плотность раствора Туле ρ_1 : 3190,0 кг/м³; плотность дистиллированной воды ρ_2 : 998,2 кг/м³.

Заданная плотность раствора ρ : 2000 кг/м³.

Объемы (в частях) раствора Туле V_1 и воды V_2 вычисляют из соотношения

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{2000 - 998,2}{3190 - 2000} = \frac{1001,8}{1190,0} \approx \frac{1}{1,2}.$$

Следовательно, для получения 2,2 раствора заданной плотно-

сти берут 1,2 объемную часть воды и одну объемную часть раствора Туле.

Приложение М
(справочное)

**Зависимость концентрации спирта в объемных долях от
 концентрации спирта в массовых долях при 20 °С и нормальном
 атмосферном давлении**

Таблица М.1 – Зависимость концентрации спирта в объемных долях q , в процентах, от концентраций спирта в массовых долях P , в процентах, при температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении

В процентах							
q	P	q	P	q	P	q	P
0	0,0	26	21,2	52	44,31	78	71,19
1	0,79	27	22,06	53	45,26	79	72,33
2	1,59	28	22,91	54	46,22	80	73,48
3	2,38	29	23,76	55	47,18	81	74,64
4	3,18	30	24,61	56	48,15	82	75,81
5	3,98	31	25,46	57	49,13	83	77,0
6	4,78	32	26,32	58	50,11	84	78,19
7	5,59	33	27,18	59	51,00	85	79,40
8	6,40	34	28,04	60	52,09	86	80,62
9	7,20	35	28,91	61	53,09	87	81,86
10	8,02	36	29,78	62	54,09	88	83,11
11	8,83	37	30,65	63	55,11	89	84,38
12	9,64	38	31,53	64	56,13	90	85,66
13	10,64	39	32,41	65	57,15	91	86,96
14	11,27	40	33,30	66	58,19	92	88,29
15	12,09	41	34,19	67	59,23	93	89,63
16	12,92	42	35,09	68	60,27	94	91,00
17	13,74	43	35,99	69	61,33	95	92,41
18	14,56	44	36,89	70	62,39	96	93,84
19	15,39	45	37,80	71	63,46	97	95,30
20	16,21	46	38,72	72	64,54	98	96,81
21	17,04	47	39,64	73	65,63	99	98,38
22	17,87	48	40,56	74	66,72	100	100,0
23	18,71	49	41,49	75	67,82		
24	19,54	50	42,43	76	68,94		
25	20,38	51	43,37	77	70,06		

Приложение Н
(справочное)

**Зависимость концентрации спирта в массовых долях от
 концентрации спирта в объемных долях при температуре 20 °С
 и нормальном атмосферном давлении**

Таблица Н.1 – Зависимость концентрации спирта в массовых долях P , в процентах, от концентрации спирта в объемных долях q , в процентах, при температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении

В процентах

P	q	P	q	P	q	P	q
0	0,00	26	31,63	52	59,91	78	83,84
1	1,26	27	32,79	53	60,91	79	84,67
2	2,52	28	33,95	54	61,91	80	85,49
3	3,77	29	35,11	55	62,89	81	86,31
4	5,02	30	36,25	56	63,88	82	87,12
5	6,27	31	37,40	57	64,85	83	87,92
6	7,51	32	38,53	58	65,82	84	88,71
7	8,75	33	39,66	59	66,78	85	89,49
8	9,98	34	40,78	60	67,74	86	90,26
9	11,21	35	41,90	61	68,69	87	91,03
10	12,44	36	43,01	62	69,63	88	91,78
11	13,66	37	44,12	63	70,57	89	92,53
12	14,89	38	45,22	64	71,50	90	93,27
13	16,10	39	46,31	65	72,42	91	94,00
14	17,32	40	47,39	66	73,34	92	94,71
15	18,53	41	48,47	67	74,25	93	95,42
16	19,74	42	49,55	68	75,16	94	96,11
17	20,95	43	50,61	69	76,06	95	96,80
18	22,15	44	51,67	70	76,95	96	97,47
19	23,35	45	52,72	71	77,83	97	98,12
20	24,54	46	53,77	72	78,71	98	98,76
21	25,74	47	54,81	73	79,58	99	99,39
22	26,92	48	55,84	74	80,45	100	100,0
23	28,11	49	56,87	75	81,31		
24	29,29	50	57,89	76	82,16		
25	30,46	51	58,90	77	83,00		

Приложение П
(справочное)

Значения капиллярных постоянных жидкостей, плотность которых больше плотности дистиллированной воды

Таблица П.1 – Значение капиллярных постоянных жидкостей, плотность которых больше плотности дистиллированной воды

Плотность жидкости при температуре 20 °С и нормальном давлении, кг/м ³	10 ⁻⁶ м ³					Плотность жидкости при температуре 20 °С и нормальном давлении, 10 ³ кг/м ³	10 ⁻⁶ м ³	
	Молоко	Серновинные растворы	Растворы серной кислоты х.ч. в дистиллированной воде	Моча (урина)	Растворы морской соли в дистиллированной воде		Серновинные растворы	Растворы серной кислоты х.ч. в дистиллированной воде
1,00	4,59	2,92	7,42	7,37	7,53	1,21	3,27	6,31
1,01	4,54	2,93	7,35	6,80	7,51	1,22	3,28	6,27
1,02	4,50	2,93	7,28	6,27	7,49	1,23	3,29	6,23
1,03	4,45	2,94	7,21	5,77	7,47	1,24	3,30	6,19
1,04	4,41	2,95	7,15	5,28	–	1,25	3,31	6,15
1,05	4,37	2,96	7,09	–	–	1,26	3,32	6,11
1,06	–	2,97	7,03	–	–	1,27	3,32	6,07
1,07	–	2,99	6,97	–	–	1,28	3,33	6,03
1,08	–	3,00	6,92	–	–	1,29	3,33	5,99
1,09	–	3,02	6,87	–	–	1,30	3,33	5,95
1,10	–	3,04	6,82	–	–	1,31	3,34	5,91
1,11	–	3,06	6,77	–	–	1,32	3,33	5,87
1,12	–	3,08	6,72	–	–	1,33	3,33	5,83
1,13	–	3,10	6,67	–	–	1,34	3,33	5,79
1,14	–	3,13	6,62	–	–	1,35	3,32	5,75

Окончание таблицы П.1

Плотность жидкости при температуре 20 °С и нормальном давлении, кг/м ³	10 ⁻⁶ м ³					Плотность жидкости при температуре 20 °С и нормальном давлении, 10 ³ кг/м ³	10 ⁻⁶ м ³	
	Молоко	Серновинные растворы	Растворы серной кислоты х.ч. в дистиллированной воде	Моча (урина)	Растворы морской соли в дистиллированной воде		Серновинные растворы	Растворы серной кислоты х.ч. в дистиллированной воде
1,15	—	3,15	6,57	—	—	1,36	3,32	5,71
1,16	—	3,17	6,53	—	—	1,37	3,31	5,67
1,17	—	3,19	6,49	—	—	1,38	3,30	5,63
	—	3,21	6,44	—	—	1,39	3,29	5,59
	—	3,23	6,40	—	—	1,40	3,28	5,55
	—	3,25	6,36	—	—	1,41	3,27	5,51
	—	3,26	5,47	—	—	1,63	3,0	4,63
	—	3,24	5,44	—	—	1,64	2,99	4,59
	—	3,23	5,40	—	—	1,65	2,99	4,55
	—	3,32	5,36	—	—	1,66	2,98	4,50
	—	3,21	5,32	—	—	1,67	2,98	4,46
	—	3,20	5,28	—	—	1,68	2,97	4,42
	—	3,18	5,25	—	—	1,69	2,97	4,37
	—	3,17	5,21	—	—	1,70	2,97	4,33
	—	3,15	5,17	—	—	1,71	2,97	4,28

Приложение Р
(справочное)

Форма протокола поверки ареометра непосредственным сличением

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Ареометр _____ изготовлен _____, принадлежит _____
 тип _____, с диапазоном измерений плотности (концентрации)
 _____, со значением наименьшего деления шкалы
 _____. Температура раствора: ____ °С.

Поверочная жидкость: _____.

Поверяемые оцифрованные деления	Наблюдения	Эталонный ареометр ... разряда №			Показание по- веряемого ареометра	Промежуточная поправка	Среднее зна- чение поправ- ки
		Показание при- бора при сличе- нии	Поправка к прибору	Исправленное показание при- бора			
1							
2							
1							
2							
1							
2							

Выводы:

Дата: 200 г.

Поверитель

подпись

И.О. Фамилия

Примечание – Значения плотности (концентрации) указывают в единицах величин, применяемых для данного типа ареометра.

УДК 531.756.3.089.6:006.354

ОКС 17.020

Т88.5

Ключевые слова: ареометр, эталонный ареометр, методика поверки,
метод гидростатического взвешивания ,непосредственное сличение
показаний ареометров