

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
АММОНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОДАХ СУШИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
С ИОНСЕЛЕКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Гидрохимическим институтом, Малым научно-производственным предприятием "Акватест"

2 РАЗРАБОТЧИКИ Л.Ф. Быстрова, Л.М. Господинова

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Начальником ГУЭМЗ Росгидромета Цатуровым Ю.С. 17.04.95

4 ОДОБРЕН Секцией по методам химического и радиологического мониторинга природной среды ЦКПМ Росгидромета 11.04.95, протокол N 2

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ МВИ Выдано Гидрохимическим институтом в 1995 г. N 46

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦКБ ГМП в 1995 г. N 394

7 ВЗАМЕН РД 52.24.46-87

Введение

Аммонийный азот в водах находится, главным образом, в растворенном состоянии в виде ионов аммония и недиссоциированных молекул NH_4OH , количественное соотношение которых имеет важное экологическое значение и определяется величиной рН и температурой воды. В то же время некоторая часть аммонийного азота может мигрировать в сорбированном состоянии на минеральных и органических взвесьях, а также в виде различных комплексных соединений.

Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония связано, главным образом, с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот, разложения мочевины. Естественными источниками аммиака служат прижизненные выделения гидробионтов. Кроме того, ионы аммония могут образовываться в результате анаэробных процессов восстановления нитратов и нитритов.

Источником антропогенного загрязнения водных объектов ионами аммония являются сточные воды многих отраслей промышленности, бытовые сточные воды, стоки с сельскохозяйственных угодий.

Сезонные колебания концентрации ионов аммония характеризуются обычно понижением весной, в период интенсивной фотосинтетической деятельности фитопланктона, и повышением летом при усилении процессов бактериального разложения органического вещества в периоды отмирания водных организмов, особенно в зонах их скопления: в придонном слое водоема, в слоях повышенной плотности фито- и бактериопланктона. В осенне-зимний период повышенное содержание ионов аммония связано с продолжающейся минерализацией органических веществ в условиях слабого потребления фитопланктоном.

Повышенное содержание ионов аммония указывает на ухудшение санитарного состояния водного объекта, причем, поскольку аммиак более токсичен, чем ионы аммония, опасность аммонийного азота для гидробионтов возрастает с повышением рН воды.

Увеличение концентрации аммонийного азота обычно является показателем свежего загрязнения.

Для водных объектов рыбохозяйственного назначения предельно допустимая концентрация (ПДК) ионов аммония $0,4 \text{ мг/дм}^3$, аммиака - $0,04 \text{ мг/дм}^3$ по азоту; для объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения ПДК соответственно равны $2,0 \text{ мг/дм}^3$ и $1,0 \text{ мг/дм}^3$.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ АММОНИЯ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ СУШИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ИОНСЕЛЕКТИВНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

Дата введения 01.07.95 г.

1 Назначение и область применения методики

Настоящий руководящий документ устанавливает потенциометрическую методику выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в пробах поверхностных вод суши в диапазоне от 0,4 до 180 мг/дм³ с ионселективным электродом.

2 Нормы погрешности и значения характеристик погрешности измерения

В соответствии с ГОСТ 27384 погрешность выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в природных водах в диапазоне 0,005 - 0,1 мг/дм³ составляет $\pm 50\%$, свыше 0,1 - 0,5 мг/дм³ - $\pm 25\%$ и свыше 0,5 мг/дм³ - $\pm 10\%$.

Установленные для настоящей методики значения характеристик погрешности и ее составляющих приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Значения характеристик погрешности и ее составляющих (P=0,95)

Диапазон измеряемых концентраций аммония, С, мг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, %		Характеристика погрешности, %
	случайной, $\sigma(\Delta)$	систематической Δ	
0,4 - 11,4	8	14	25
св.11,4 - 180,0	9	12	15

3 Метод измерения

В основу определения положено измерение потенциала электрода, селективного к ионам аммония. По величине электродного потенциала из градуировочной зависимости находят концентрацию в пробе ионов аммония.

Минеральные и органические вещества обычно присутствующие в поверхностных и очищенных сточных водах не мешают анализу.

4 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы, материалы

4.1 Средства измерений, вспомогательные устройства

4.1.1 Ионмер любого типа или рН-метр, работающий в режиме милливольтметра, снабжённый магнитной мешалкой.

4.1.2 Электрод измерительный ЭМ-060101 КСРШ.418422.014 по КСРШ.418422.014 ТУ или другого типа с аналогичными характеристиками.

4.1.3 Электрод вспомогательный хлорсеребрянный ЭВЛ-1МЗ по ТУ 25.05.2181 или другого типа с аналогичными характеристиками.

4.1.4 Весы аналитические 2 класса точности по ГОСТ 24104.

4.1.5 Весы технические лабораторные любого типа 4 класса точности с пределом взвешивания 200 г.

4.1.6 Шкаф сушильный общелабораторного назначения

4.1.7 Колбы мерные не ниже 2 класса точности по ГОСТ 1770 вместимостью:

100 см³ - 1

250 см³ - 1

1000 см³ - 1

4.1.8 Пипетка градуированная не ниже 2 класса точности по ГОСТ 29227 вместимостью:

1 см³ - 1

10 см³ - 1

20 см³ - 1

4.1.9 Пипетки с одной меткой не ниже 2 класса точности по ГОСТ 29169 вместимостью:

10 см³ - 1

4.1.10 Цилиндры мерные по ГОСТ 1770 вместимостью: 25 см³ - 2
 100 см³ - 1
 1000 см³ - 1

4.1.11 Стаканы химические по ГОСТ 25336 вместимостью:
 50 см³ - 8
 100 см³ - 1
 500 см³ - 1

4.1.12 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336 - 2

4.1.13 Электролитический ключ.

4.1.14 Воронка лабораторная по ГОСТ 25336 диаметром 3-4 см - 1

4.1.15 Колонка ионообменная d=2-4 см и h=50-60 см - 1

Допускается использование других типов средств измерений, посуды и вспомогательного оборудования, в том числе импортных, с характеристиками не хуже, чем у приведенных в 4.1.

4.2 Реактивы и материалы

4.2.1 Стандартный образец ионов аммония или хлорид аммония NH₄Cl по ГОСТ 3773, х.ч.

4.2.2 Трис-(оксиметил)-аминометан C₄H₁₁O₃N по ТУ 6-09-4292, х.ч.

4.2.3 Нитрат натрия NaNO₃ по ГОСТ 4168, х.ч.

4.2.4 Хлорид калия KCl по ГОСТ 4234, х.ч.

4.2.5 Катионит КРС-4ПТ40 или аналогичный по характеристикам.

4.2.6 Гидроксид натрия NaOH по ГОСТ 4328, х.ч.

4.2.7 Соляная кислота HCl по ГОСТ 3118, х.ч.

4.2.8 Серная кислота H₂SO₄ по ГОСТ 4204, ч.д.а.

4.2.9 Вода дистиллированная, по ГОСТ 6709.

4.2.10 Фильтровальная бумага.

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных, с квалификацией не ниже указанной в 4.2.

5 Отбор и хранение проб

Отбор проб для определения аммиака и ионов аммония производят в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05.

Пробы помещают в стеклянную или полиэтиленовую посуду с плотно закрывающейся пробкой. Если анализ не может быть произведен в день отбора пробы, ее консервируют прибавлением 1 см^3 раствора серной кислоты 1:1 на 1 дм^3 воды и хранят в холодильнике не более 4 суток. Для более длительного хранения необходимо замораживание пробы.

6 Условия выполнения измерений

В помещении, где выполняют измерения массовой концентрации ионов аммония, не следует проводить работы, связанные с применением аммиака и щелочных растворов солей аммония.

7 Подготовка к выполнению измерений

7.1 Приготовление растворов и реактивов

7.1.1 Буферный раствор трис-(оксиметил)-аминометана 1 моль/дм^3

Отвешивают на аналитических весах $12,115 \text{ г}$ $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$ и растворяют в 50 см^3 дистиллированной воды в химическом стакане. Приливают 6 см^3 концентрированной HCl , переносят раствор в мерную колбу вместимостью 100 см^3 и доводят дистиллированной водой до метки на колбе. После перемешивания раствор фильтруют. рН приготовленного раствора должен составлять $7,5-8,0$. Хранят в склянке из темного стекла не более 10 дней.

7.1.2 Насыщенный раствор хлорида калия

60 г KCl растворяют в 200 см^3 дистиллированной воды при температуре $50-60 \text{ }^\circ\text{C}$. После охлаждения используют раствор над осадком для заполнения вспомогательного электрода.

7.1.3 Раствор нитрата натрия $1,00 \cdot 10^{-1} \text{ моль/дм}^3$

$0,850 \text{ г}$ NaNO_3 , высушенного при температуре $105 \text{ }^\circ\text{C}$ в течение 2 ч, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см^3 и доводят дистиллированной водой до метки на колбе. Используют для заполнения электролитического ключа.

7.1.4 Раствор соляной кислоты 1 моль/дм³
80 см³ концентрированной HCl растворяют в 920 см³
дистиллированной воды. Раствор устойчив.

7.1.5 Раствор гидроксида натрия 1 моль/дм³
40 г NaOH растворяют в 1000 см³ дистиллированной воды. Раствор
хранят в полиэтиленовой посуде.

7.1.6 Подготовка колонки с катионитом

50-60 г сухого катионита замачивают на сутки в дистиллированной
воде. После этого переносят катионит в колонку, так, чтобы не
образовалось воздушных пузырьков. Пропускают через колонку с
катионитом последовательно по 100 см³ раствора соляной кислоты 1
моль/дм³, дистиллированной воды и раствора гидроксида натрия 1
моль/дм³ со скоростью 1-2 капли в секунду, повторяя процедуру 8-10
раз. Заканчивают обработку смолы пропусканьем 100 см³ раствора
соляной кислоты. Промывают колонку дистиллированной водой до pH
6 по универсальной индикаторной бумаге, пропуская воду с
максимально возможной скоростью. Колонка с катионитом пригодна к
работе длительное время. При ухудшении качества безаммиачной воды
колонку регенерируют, пропуская 100 см³ раствора соляной кислоты 1
моль/дм³ и промывая дистиллированной водой. Хранят колонку
заполненной водой.

7.1.7 Безаммиачная вода

Дистиллированную воду пропускают через колонку, заполненную
катионитом, со скоростью 1-2 капли в секунду. Первые 100-150 см³
воды, прошедшей через колонку, отбрасывают. Хранят безаммиачную
воду в плотно закрытой стеклянной посуде не более недели.

7.2 Приготовление градуировочных растворов

Градуировочные растворы, аттестованные по процедуре
приготовления готовят из стандартного образца ионов аммония или
хлорида аммония.

Приготовление градуировочных растворов из стандартного образца
или хлорида аммония осуществляют в соответствии с 7.2.1-7.2.8.

Для градуировочных растворов $1,00 \cdot 10^{-1}$ - $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ погрешности, обусловленные процедурой приготовления, не превышают 1 %, для градуировочных растворов $6,00 \cdot 10^{-4}$ - $2,00 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ - 2 % относительно приписанного значения концентрации ионов аммония.

7.2.1 Раствор хлорида аммония $1,00 \cdot 10^{-1}$ моль/дм³

Раствор готовят из стандартного образца ионов аммония в соответствии с инструкцией по его применению, или 1,337 г NH₄Cl, предварительно высушенного при температуре 105 °С до постоянной массы, растворяют в безаммиачной воде в мерной колбе вместимостью 250 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.2 Раствор хлорида аммония $1,00 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ (2,04 рNH₄)

Отбирают 10 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-1}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.3 Раствор хлорида аммония $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ моль/дм (3,01 рNH₄)

Отбирают 10 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.4 Раствор хлорида аммония $6,00 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ (3,2 рNH₄)

Отбирают 6,0 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.5 Раствор хлорида аммония $2,00 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ (3,7 рNH₄)

Отбирают 2,0 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.6 Раствор хлорида аммония $1,00 \cdot 10^{-4}$ моль/дм³ (4,0 рNH₄)

Отбирают 10 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.7 Раствор хлорида аммония $5,00 \cdot 10^{-5}$ моль/дм⁵ (4,3 рNH₄)

Отбирают 5,0 см³ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см³ и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

7.2.8 Раствор хлорида аммония $2,00 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ (4,7 рNH₄)

Отбирают $2,0 \text{ см}^3$ раствора NH₄Cl $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ в мерную колбу вместимостью 100 см^3 и доводят безаммиачной водой до метки на колбе.

Градуировочные растворы хлорида аммония $1,00 \cdot 10^{-1}$ - $1,00 \cdot 10^{-2}$ моль/дм³ хранят не более 1 мес, $1,00 \cdot 10^{-3}$ - $2,00 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³ готовят непосредственно перед использованием. Растворы хранят в стеклянной посуде с плотно закрывающейся пробкой.

7.3 Подготовка прибора, измерительного и вспомогательного электродов к работе

Подготовку прибора, измерительного и вспомогательного электродов к работе осуществляют в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.

Для предотвращения попадания насыщенного раствора хлорида калия из электрода сравнения в градуировочные растворы и пробы на электрод надевается электролитический ключ, заполненный раствором нитрата натрия, который ежедневно обновляется перед началом работы.

7.4 Установление градуировочной зависимости

В стаканы вместимостью 50 см^3 отбирают по 20 см^3 раствора хлорида аммония с концентрацией $2,00 \cdot 10^{-5}$; $5,00 \cdot 10^{-5}$; $1,00 \cdot 10^{-4}$; $2,00 \cdot 10^{-3}$; $6,00 \cdot 10^{-3}$; $1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³ и приливают по 1 см^3 буферного раствора. Стаканы устанавливают на магнитную мешалку, погружают в раствор электроды и проводят измерение потенциала в градуировочных растворах от меньшей концентрации ионов аммония ($2,00 \cdot 10^{-5}$ моль/дм³) к большей ($1,00 \cdot 10^{-3}$ моль/дм³). Глубина погружения электродов и скорость перемешивания должны быть одинаковыми во всех измерениях. Показания прибора записывают после установления постоянного значения потенциала. Время его установления зависит от концентрации ионов аммония в градуировочных растворах и составляет от нескольких секунд до минут.

Для каждой точки проводят по три параллельных измерения потенциала. Градуировочную зависимость строят в координатах: значения pNH_4 градуировочных растворов (отрицательный логарифм концентрации ионов аммония $-lg[NH_4^+]$, моль/дм³)-соответствующие им значения потенциала, мВ.

Градуировочную зависимость устанавливают перед каждой серией определений, а также при замене иономера, измерительного или вспомогательного электродов, градуировочных растворов.

Если инструкцией по эксплуатации прибора предусмотрен иной способ установления градуировочной зависимости (градуировки), то её устанавливают в соответствии с инструкцией к данному прибору.

8 Выполнение измерений

20 см³ анализируемой пробы вносят в стакан вместимостью 50 см³, приливают 1 см³ буферного раствора. Стакан устанавливают на магнитную мешалку, погружают в анализируемую пробу электроды и после установления равновесного значения потенциала записывают показания прибора. По окончании измерения электроды отмывают дистиллированной водой. Отмывка электродов происходит достаточно быстро при её трехкратной замене, затем удаляют остатки воды фильтровальной бумагой. Проводят три измерения потенциала в одной анализируемой пробе воды и за истинное значение принимают два одинаковых показания прибора.

Температура анализируемой пробы должна быть одинакова с температурой растворов при построении градуировочного графика.

9 Вычисление результатов измерений

Значения pNH_4 в анализируемых пробах воды находят по градуировочной зависимости. Массовую концентрацию ионов аммония C_x , мг/дм³, рассчитывают по следующим соотношениям:

$$\begin{aligned} pNH_4 &= -lg [NH_4^+]; & C_{NH_4} &= 10^{-pNH_4} \text{ моль/дм}^3; \\ C_x &= 10^{-pNH_4} \cdot 18,0 \cdot 10^3 \text{ мг/дм}^3 \end{aligned} \quad (1)$$

или находят из таблицы 2 для значений pNH_4 в диапазоне 3-4. Для перевода в $мг/дм^3$ значений pNH_4 в диапазоне 4,0 до 4,7 уменьшают табличные значения в 10 раз. Например, pNH_4 , равный 3,4, соответствует $7,2 мг/дм^3$, pNH_4 , равный 4,4 - $0,72 мг/дм^3$. Концентрацию ионов аммония в $мг/дм^3$ при значении pNH_4 с 2,0 до 3,0 получают, увеличивая табличные значения в 10 раз. Например, pNH_4 , равный 3,4, соответствует $7,2 мг/дм^3$, pNH_4 , равный 2,4 - $72,0 мг/дм^3$.

Таблица 2 - Пересчет значений pNH_4 в концентрацию ионов аммония

pNH_4	C, мг/дм ³						
3,00	18,0	3,27	9,7	3,54	5,2	3,81	2,8
3,01	17,6	3,28	9,5	3,55	5,1	3,82	2,7
3,02	17,2	3,29	9,2	3,56	5,0	3,83	2,7
3,03	16,8	3,30	9,0	3,57	4,8	3,84	2,6
3,04	16,4	3,31	8,8	3,58	4,7	3,85	2,5
3,05	16,0	3,32	8,6	3,59	4,6	3,86	2,5
3,06	15,7	3,33	8,4	3,60	4,5	3,87	2,4
3,07	15,3	3,34	8,2	3,61	4,4	3,88	2,4
3,08	14,8	3,55	8,0	3,62	4,3	3,89	2,3
3,09	14,6	3,56	7,7	3,63	4,2	3,90	2,3
3,10	14,3	3,37	7,7	3,64	4,1	3,91	2,2
3,11	13,9	3,38	7,5	3,65	4,0	3,92	2,2
3,12	13,6	3,39	7,3	3,66	3,9	3,93	2,1
3,13	13,3	3,40	7,2	3,67	3,8	3,94	2,1
3,14	13,0	3,41	7,0	3,68	3,8	3,95	2,0
3,15	12,7	3,42	6,8	3,69	3,7	3,96	2,0
3,16	12,5	3,43	6,7	3,70	3,6	3,97	1,9
3,17	12,2	3,44	6,5	3,71	3,5	3,98	1,9
3,18	11,9	3,45	6,4	3,72	3,4	3,99	1,8
3,19	11,6	3,46	6,2	3,73	3,4	4,00	1,8
3,20	11,4	3,47	6,1	3,74	3,3		
3,21	11,1	3,48	6,0	3,75	3,2		
3,22	10,9	3,49	5,8	3,76	3,1		
3,23	10,7	3,50	5,7	3,77	3,1		
3,24	10,4	3,51	5,6	3,78	3,0		
3,25	10,1	3,52	5,4	3,79	2,9		
3,26	9,9	3,53	5,3	3,80	2,8		

Результат измерения в документах, предусматривающих его использование, представляют в виде:

$$C_x \pm \frac{\Delta \cdot C_x}{100}, \text{ мг/дм}^3 \quad (P = 0,95) \quad (2)$$

где Δ - характеристика погрешности измерения для данной массовой концентрации ионов аммония (таблица 1).

Численные значения результата измерения должны оканчиваться цифрой того же разряда, что и значения характеристики погрешности.

10 Контроль погрешности измерений

Оперативный контроль погрешности проводят с использованием метода добавок совместно с методом разбавления пробы. Периодичность контроля - не менее одной контрольной на 15-20 рабочих проб за период, в течение которого условия проведения анализа неизменны.

Измеряют концентрацию ионов аммония в исходной пробе (C_x), в пробе, разбавленной в n раз ($n = 1,5 \div 2,5$) (C_p) и в пробе, разбавленной в n раз с введенной добавкой (C_{pd}). Величина добавки (C_d) должна соответствовать содержанию аммония в исходной пробе. Если ионы аммония в исходной пробе не обнаружены, величина добавки должна быть равна минимально определяемой концентрации.

Результат контроля признают удовлетворительным, если:

$$|C_{pd} - C_p - C_d| + |n \cdot C_p - C_x| \leq K_n \quad (3)$$

Норматив контроля погрешности (K_n) рассчитывают по формуле

$$K_n = \Delta_c + 3,31 \sigma(\Delta) \quad (P=0,95), \quad (4)$$

где Δ_c и $\sigma(\dot{\Delta})$ - характеристики систематической и случайной составляющих погрешности измерения концентрации аммония в исходной пробе.

Если в исходной пробе ионы аммония не обнаружены, то погрешность рассчитывают для концентрации добавки.

При превышении норматива повторяют определение с использованием другой пробы. При повторном превышении норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

11 Требования безопасности

11.1 При выполнении измерений массовой концентрации аммонийного азота в пробах природных и очищенных сточных вод соблюдают требования безопасности, установленные в "Правилах по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета", Л., Гидрометеиздат, 1983, или в "Типовой инструкции по технике безопасности для гидрохимических лабораторий служб Роскомвода", М., 1995.

11.2 По степени воздействия на организм вредные вещества, используемые при выполнении измерений, относятся к 2,3 классам опасности по ГОСТ 12.1.007.

11.3 Содержание используемых вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

12 Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица со средним профессиональным образованием или без профессионального образования, но имеющие стаж работы в лаборатории не менее года и освоившие методику анализа.

13 Затраты времени на проведение анализа

На приготовление растворов и реактивов в расчете на 100 определений требуется 2,0 чел.-ч.

На выполнение измерений и вычисление результата анализа единичной пробы - 0,1 чел.-ч.

На выполнение измерений и вычисление результатов анализа серии из 10 проб - 1,0 чел.-ч.

Затраты времени на подготовку посуды включены в затраты времени на проведение анализа.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО N 46
об аттестации МВИ**

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ массовой концентрации ионов аммония в поверхностных водах суши потенциометрическим методом с ионселективным электродом.

ОСНОВАНА на измерении потенциала электрода, селективного к ионам аммония. По величине электродного потенциала из градуировочной зависимости находят концентрацию в пробе ионов аммония.

РАЗРАБОТАНА Гидрохимическим институтом, МНПП "Акватест".

РЕГЛАМЕНТИРОВАНА в РД 52.24.394-95.

АТТЕСТОВАНА в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010).

АТТЕСТАЦИЯ проведена Гидрохимическим институтом на основании результатов экспериментальных исследований в 1987 г., и метрологической экспертизы материалов в 1995 г.

В результате аттестации МВИ установлено:


1. МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками:

Диапазон измеряемых концентраций аммония, С, мг/дм ³	Характеристики составляющих погрешности, %		Характеристика погрешности, Δ, %
	случайной, $\sigma(\Delta)$	систематической Δ	
0,4 - 11,4	8	14	25
св.11,4 - 180,0	9	12	15

2. Оперативный контроль погрешности измерений проводят в соответствии с разделом 10 РД 52.24.394-95.

3. Дата выдачи свидетельства март 1994 г.

Главный метролог ГУ ГХИ



А.А. Назарова