









проведение мероприятий по технике безопасности и т.п.

2.6.1. Первый пункт раздела должен излагаться в следующей редакции:  
"Перед проведением калибровки должны быть выполнены следующие подготовительные операции: . . . (далее должен следовать перечень подготовительных операций)".

2.7. Раздел "Проведение калибровки" должен содержать следующие подразделы:  
- внешний осмотр;  
- опробование;  
- определение метрологических характеристик.

2.7.1. Подраздел "Внешний осмотр" должен содержать перечень требований, предъявляемых к калибруемым СИЕИ при их осмотре. В этот перечень могут входить требования к комплектности, маркировке, обозначениям на шкалах и отсчетных устройствах единиц физических величин и классов точности, состоянию гальванических и лакокрасочных покрытий и т.д.

Первый пункт подраздела должен излагаться в следующей редакции: "При проведении внешнего осмотра калибруемого СИЕИ должно быть установлено соответствие . . . (далее указывается наименование калибруемого СИЕИ) следующим требованиям . . . (далее излагается перечень требований)".

2.7.2. Подраздел "Опробование" должен содержать перечень и описание операций, которые необходимо выполнять для проверки функционирования калибруемого СИЕИ.

К этим операциям могут относиться: проверка работоспособности при подаче входного сигнала; проверка свободного перемещения, фиксации или взаимодействия входящих в состав СИЕИ элементов; проверка мертвого хода, люфтов, жесткости отдельных звеньев; проверка органов управления, регулирования, настройки и т.п. и других предварительных настроек СИЕИ, указанных в технической документации на него.

Первый пункт подраздела должен излагаться в следующей редакции: "При опробовании калибруемого СИЕИ должны быть выполнены следующие операции: . . . (далее излагается перечень операций опробования)".

2.7.3. В подразделе "Определение метрологических характеристик" указывается перечень метрологических характеристик, подлежащих обязательному определению при калибровке, и устанавливаются методы и способы их экспериментального определения.

Порядок выполнения каждой операции по определению метрологических характеристик следует излагать в виде отдельного пункта.

Текст описания операции должен содержать указания о методе калибровки с необходимыми уточнениями о средствах калибровки; о схемах включения; о способах обработки результатов измерений и т.д.

Изм. № дубликата	Изм. № подлинника	4771	1	2	11119	12795



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 Справочное

 Термины, используемые в настоящем стандарте  
 и их определения

Термин	Определение
Калибровка средств измерений	По Закону Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений"
Метрологические характеристики средств измерений	По ГОСТ 8,009-84
Измерительные системы	По ГОСТ 16263-70
Вспомогательные средства калибровки	Устройства, приспособления и средства измерений, выполняющие при калибровке СИЕИ вспомогательные функ- ции, т.е. не применяемые для определения метрологических характеристик

№ изм	1	2
№ изв	1119	1279S

Иив № дубликата	
Иив № подлинника	477 L