

ГОСТ 29247—91

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

# КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ

## МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРА

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2009

## КОНСЕРВЫ МОЛОЧНЫЕ

## Методы определения жира

ГОСТ  
29247—91Canned milk.  
Methods for determination of fatМКС 67.100.10  
ОКСТУ 9209

Дата введения 01.07.93

Настоящий стандарт распространяется на сгущенные и сухие молочные и молокосодержащие консервы и устанавливает кислотные методы определения массовой доли жира.

Кислотный метод основан на выделении жира из молочных консервов под действием концентрированной серной кислоты и изоамилового спирта с последующим центрифугированием и измерении объема выделившегося жира в градуированной части жиросмера.

(Поправка).

## 1. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

Методы отбора проб молочных консервов и подготовка их к анализу — по ГОСТ 26809.

## 2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

Жиросмеры (бутирометры) стеклянные: для сгущенных консервов — 1—5, 1—6, 1—7; для сухих консервов — 1—40 по ГОСТ 23094 или ТУ 25—2024.019.

Пробки резиновые для жиросмеров по ТУ 38—105—1058.

Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104\*.

Ареометр АОН-1 700—1840 или АОН-2 1000—2000 и цилиндр — 3 39/265 по ГОСТ 18481.

Термометр лабораторный ртутный стеклянный с диапазоном измерения 0—100 °С, с ценой деления 0,5 или 1,0 °С по ГОСТ 28498.

Центрифуга для измерения массовой доли жира молока и молочных продуктов по нормативно-технической документации с частотой вращения не менее 1100 с<sup>-1</sup>.

Баня водяная, обеспечивающая поддержание температуры (65 ± 2) °С.

Стаканы В-1—25, В-1—50, В-1—250 ТХС по ГОСТ 25336.

Приборы для отмеривания изоамилового спирта и серной кислоты вместимостью, соответственно, 1 и 10 см<sup>3</sup> по ГОСТ 6859.

Цилиндр 1—10—2 по ГОСТ 1770.

Колба 1—250—2 по ГОСТ 1770.

Пипетка 2—2—10, 77 по НТД.

Воронка В-36—50, В-26—80 ХС по ГОСТ 25336.

Палочки стеклянные оплавленные.

Штатив для жиросмеров.

Кислота серная по ГОСТ 4204.

Спирт изоамиловый, сорт А по ГОСТ 5830.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

\* С 1 июля 2002 г. Действует ГОСТ 24104—2001.

Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристиками и оборудование с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже вышеуказанных.

### 3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА В СГУЩЕННЫХ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВАХ

#### 3.1. Метод определения в отдельных навесках

##### 3.1.1. Проведение анализа

3.1.1.1. Взвешивают в два стакана вместимостью 25 или 50 см<sup>3</sup> с отсчетом показаний до 0,005 г по 4,40 г сгущенного молока с сахаром, кофе, какао со сгущенным молоком с сахаром, сгущенного стерилизованного молока или по 2,20 г сгущенных сливок с сахаром, кофе, какао со сгущенными сливками с сахаром. Затем приливают по 4—5 см<sup>3</sup> серной кислоты плотностью 1500—1550 кг/м<sup>3</sup>. Содержимое перемешивают стеклянными палочками до получения однородной массы, переливают без потерь через маленькую воронку в два жиромера, помещенные в штатив, смывая стаканчик, воронку и палочку кислотой той же концентрации. Общий объем израсходованной кислоты должен составлять 16,5—17,5 см<sup>3</sup> и уровень жидкости в жиромере должен быть на 4—6 мм ниже основания горлышка жиромера, что регулируют добавлением кислоты. Добавляют по 1 см<sup>3</sup> изоамилового спирта.

3.1.1.2. Жиромеры закрывают сухими пробками, вводя их немного более чем наполовину в горловину жиромеров. Смешивают содержимое жиромеров, энергично встряхивая и переворачивая 2—3 раза до полного растворения белковых веществ.

3.1.1.3. Устанавливают жиромеры пробкой вниз в водяную баню при температуре  $(65 \pm 2) ^\circ\text{C}$  на 7—10 мин для сгущенного молока и сгущенных сливок и на 30 мин для сгущенных консервов с кофе и какао.

В течение этого времени жиромеры несколько раз вынимают из бани и энергично встряхивают.

3.1.1.4. Жиромеры вставляют в патроны центрифуги, направляя градуированную часть к центру и центрифугируют в течение 5 мин, считая время с момента достижения скорости вращения. При нечетном числе жиромеров с анализируемым продуктом в центрифугу для равновесия помещают жиромер, заполненный 10 см<sup>3</sup> воды и 10 см<sup>3</sup> серной кислоты.

Жиромеры вынимают из центрифуги, регулируют при помощи резиновой пробки столбик жира так, чтобы он находился в градуированной части и нижняя граница совпадала с каким-либо значением, и погружают жиромеры градуированной частью вверх в водяную баню  $(65 \pm 2) ^\circ\text{C}$  на 5 мин. Через 5 мин жиромеры вынимают из водяной бани и быстро проводят отсчет жира. При отсчете жиромер держат вертикально, причем граница жира должна быть на уровне глаз. Движением пробки вверх или вниз устанавливают нижнюю границу столбика жира на каком-либо делении шкалы и от него отсчитывают длину столбика жира до нижней точки мениска верхней границы. Граница раздела жира и кислоты должна быть резкой, а столбик жира прозрачным. Показание жиромера выражают в процентах с отсчетом до наименьшего деления шкалы жиромера.

Жиромеры вновь помещают на 5 мин в водяную баню, центрифугируют в течение 5 мин, выдерживают в водяной бане в течение 5 мин и определяют величину столбика жира с отсчетом показаний до наименьшего деления. Если величина столбика жира отличается от предыдущего измерения более чем на половину наименьшего деления (0,05 %), то центрифугирование повторяют в третий раз. Если после третьего центрифугирования величина столбика жира вновь увеличилась более чем на 0,05 %, то проводят четвертое центрифугирование, каждый раз термостатируя жиромер в водяной бане до и после центрифугирования по 5 мин.

**Примечание.** При анализе продуктов, гомогенизированных в процессе производства первое центрифугирование целесообразно проводить в течение 10 мин. Для этого необходима центрифуга с обогревом отрегулированная на  $(65 \pm 2) ^\circ\text{C}$ . После первого отсчета жира жиромер энергично встряхивают, затем помещают на 5 мин в водяную баню и центрифугируют.

##### 3.1.2. Обработка результатов

Массовую долю жира в процентах находят умножением показания жиромера на 2,5 при навеске 4,4 г, умножением на 5 — при навеске 2,2 кг.

Предел допускаемой погрешности результата измерений составляет  $\pm 0,15$  % массовой доли жира при использовании жиромеров 1—6, 1—7 и  $\pm 0,1$  % массовой доли жира при использовании

## С. 3 ГОСТ 29247—91

жиромера 1—5 при доверительной вероятности  $P = 0,95$  и условии, что результаты двух параллельных определений находятся в пределах одного наименьшего деления шкалы жироскопа.

За окончательный результат анализа принимают значение результатов двух параллельных определений, находящихся в пределах одного наименьшего деления шкалы жироскопа.

### 3.2. Метод определения после разведения

Метод применяется по согласованию с потребителем.

#### 3.2.1. Подготовка к анализу

100 г сгущенного молока с сахаром, кофе или какао со сгущенным молоком, сгущенного стерилизованного молока или 50 г сгущенных сливок с сахаром, кофе или какао со сгущенными сливками с сахаром взвешивают с отсчетом показаний до 0,005 г и переносят в химический стакан вместимостью 250 см<sup>3</sup>. Навеску растворяют в горячей воде температурой 60—70 °С, для свежеработанных консервов применяют воду комнатной температуры. Содержимое перемешивают стеклянной палочкой до получения однородной массы, переливают без потерь через воронку в мерную колбу, смывая стаканчик, воронку и палочку водой. Раствор в колбе охлаждают до температуры  $(20 \pm 1)$  °С и доливают ее водой температурой  $(20 \pm 1)$  °С до метки. Колбу закрывают пробкой и содержимое ее тщательно перемешивают.

#### 3.2.2. Проведение анализа

3.2.2.1. В два жироскопа наливают по 10 см<sup>3</sup> серной кислоты плотностью 1780—1800 кг/м<sup>3</sup>. Затем осторожно, чтобы жидкости не смешивались, добавляют пипеткой по 10,77 см<sup>3</sup> молочных консервов, разведенных, как указано в п. 3.2.1, приложив кончик пипетки к стенке горлышка жироскопа под углом. Уровень продукта в пипетке устанавливают по нижней точке мениска. Молоко из пипетки должно вытекать медленно и после опорожнения пипетку отнимают от горлышка жироскопа не ранее чем через 3 с. Выдувание молока из пипетки не допускается.

*Примечание.* Разведенное какао со сгущенным молоком или сливками с сахаром оставляют в мерной колбе в покое на 2 мин перед тем, как отмерить 10,77 см<sup>3</sup> для перенесения в жироскоп.

3.2.2.2. В жироскопы добавляют по 1 см<sup>3</sup> изоамилового спирта.

Жироскопы закрывают пробкой и содержимое их энергично встряхивают в течение 10—20 с до полного растворения белковых веществ, переворачивая 2—3 раза в процессе встряхивания для полного смешения жидкостей. При определении жира в цветных продуктах (с кофе или какао) проводят более продолжительное встряхивание (20—30 с).

3.2.2.3. Устанавливают жироскопы пробкой вниз в водяную баню при температуре  $(65 \pm 2)$  °С на 5 мин. Далее анализ проводят, как указано в п. 3.1.1.4.

#### 3.2.3. Обработка результатов

Массовую долю жира в процентах по массе в сгущенном молоке с сахаром, кофе, какао со сгущенным молоком и сахаром и сгущенном стерилизованном молоке находят умножением показания жироскопа на коэффициент 2,57, в сгущенных сливках, кофе, какао со сгущенными сливками и сахаром — умножением на коэффициент 5,14.

Предел допускаемой погрешности результатов измерений составляет  $\pm 1,6$  % массовой доли жира при доверительной вероятности  $P = 0,95$  и условии, что результаты двух параллельных определений находятся в пределах одного наименьшего деления шкалы жироскопа.

За окончательный результат анализа принимают значение результатов двух параллельных определений, находящихся в пределах одного наименьшего деления шкалы жироскопа.

## 4. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ЖИРА В СУХИХ МОЛОЧНЫХ КОНСЕРВАХ

### 4.1. Проведение анализа

В два стакана вместимостью 25 или 50 см<sup>3</sup> взвешивают с отсчетом показаний до 0,005 г по 5 г сухих консервов с массовой долей жира до 40 % или по 2,5 г сухих консервов с массовой долей жира более 40 %. Прибором для дозирования приливают по 10 см<sup>3</sup> серной кислоты плотностью 1550 кг/м<sup>3</sup>, тщательно перемешивают стеклянной палочкой до полного растворения продукта.

Пробы из стаканов через воронку переносят в два жироскопа, помещенные в штатив. Затем небольшим объемом (5—6 см<sup>3</sup>) серной кислоты той же плотности из прибора для дозирования ополаскивают стакан и палочку и через воронку выливают в жироскопы, смывая остатки продукта со стенок воронки.

Добавляют по 1 см<sup>3</sup> изоамилового спирта.

Далее анализ проводят, как указано в пп. 3.1.1.2—3.1.1.4.

#### 4.2. Обработка результатов

Массовую долю жира в продуктах с массовой долей жира до 40 % определяют в процентах по шкале жиромера.

Массовую долю жира в продуктах с массовой долей жира более 40 % определяют умножением показания жиромера на коэффициент 2.

Предел допускаемой погрешности результата измерений составляет  $\pm 0,5$  % массовой доли жира для сухих молочных консервов с массовой долей жира до 40 % и  $\pm 1,0$  % массовой доли жира для сухих молочных консервов с массовой долей жира более 40 % при доверительной вероятности  $P = 0,95$  и условии, что результаты двух параллельных определений находятся в пределах одного наименьшего деления шкалы жиромера.

За окончательный результат анализа принимают значение результатов двух параллельных определений, находящихся в пределах одного наименьшего деления шкалы жиромера.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТК по стандартизации 186 «Молоко и молочные продукты»**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2331**
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 8764—73, в части разд. 8**
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---------------|
| ГОСТ 1770—74                            | 2             |
| ГОСТ 4204—77                            | 2             |
| ГОСТ 5830—79                            | 2             |
| ГОСТ 6709—72                            | 2             |
| ГОСТ 6859—72                            | 2             |
| ГОСТ 18481—81                           | 2             |
| ГОСТ 23094—78                           | 2             |
| ГОСТ 24104—88                           | 2             |
| ГОСТ 25336—82                           | 2             |
| ГОСТ 26809—86                           | 1             |
| ГОСТ 28498—90                           | 2             |
| ТУ 25—2024.019—88                       | 2             |
| ТУ 38—105—1058—88                       | 2             |

- 5. ИЗДАНИЕ. (Июль 2009 г.) с Поправкой (ИУС 7—2009).**