

**ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ****Метод определения рН водной суспензии**Greenhouse grounds.  
Method for determination  
of water extract рН**ГОСТ**  
**27753.3—88**

ОКСТУ 0017

**Срок действия с 01.01.90**  
**до 01.01.95****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на тепличные грунты и устанавливает метод определения рН водной суспензии.

Сущность метода заключается в измерении разности потенциалов стеклянного электрода, чувствительного к ионам водорода и электрода сравнения, значение которой зависит от концентрации ионов водорода в растворе.

Предельное значение суммарной относительной погрешности результатов анализа при доверительной вероятности  $P=0,95$  составляет 0,3 единицы рН.

Общие требования к выполнению анализов — по ГОСТ 27753.0,

**1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ**

Метод отбора проб — по ГОСТ 27753.1.

**2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ**

рН-метр или иономер с погрешностью измерений не более 0,05 единицы рН или другие аналогичные приборы, имеющие такие же метрологические характеристики.

Электрод сравнения стеклянный для измерения активности ионов водорода.

Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда по ГОСТ 17792 или другой аналогичный электрод, имеющий такие же метрологические характеристики.

Стаканы химические вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336.  
Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов 2-го разряда по ГОСТ 8.135.

### 3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

#### 3.1. Приготовление буферных растворов

Буферные растворы с рН 4,01; 6,86 и 9,18 для настройки приборов готовят из стандарт-титров.

#### 3.2. Приготовление водной суспензии из тепличных грунтов

Для анализа используют часть водной суспензии, приготовленной по ГОСТ 27753.2.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. Проводят настройку прибора по буферным растворам с рН 4,01; 6,86 и 9,18. Электродную пару помещают в отстоявшийся слой водной суспензии, при этом шарик стеклянного электрода погружают в раствор полностью, а электрод сравнения — на минимальную глубину.

4.2. Показания прибора считывают не ранее чем через 1,5 мин после погружения электродов в раствор. Настройку прибора периодически контролируют по буферному раствору с рН=6,86.

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Значение рН анализируемых вытяжек считывают непосредственно со шкалы прибора с точностью не ниже 0,05 единицы рН.

5.2. Допускаемое отклонение при доверительной вероятности  $P=0,95$  результатов двух повторных анализов от их среднего арифметического при выборочном контроле составляет 0,2 единицы рН.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным агропромышленным комитетом СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

**С. Г. Самохвалов**, канд. с.-х. наук (руководитель темы);  
**Н. В. Соколова**; **Н. В. Василевская**, канд. с.-х. наук; **А. П. Плешкова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта СССР от 23.06.88 № 2184

**3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ** — 1993 г.

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 8.135—74	2
ГОСТ 17792—72	2
ГОСТ 25336—82	2
ГОСТ 27753.0—88	Вводная часть
ГОСТ 27753.1—88	1
ГОСТ 27753.2—88	3.2